

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: Přístroje pro operační sály pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

přístroje **Klinický defibrilátor:**

Zadavatel v technické specifikaci min. požadavků požaduje:

V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2-360 J.

Bude zadavatel akceptovat v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí 1-200 J?

Odpověď č. 1:

Dle závěru „European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015“ je při defibrilaci počáteční hodnota nastavena na 150J a dále se zvyšuje. Dle hlášení FDA a praktických zkušeností je při defibrilaci morbidně obézních pacientů resuscitace výbojem 200J neúčinná, ale při zvýšení výboje na 360J došlo k obnově srdeční funkce. Zadavatel tedy trvá na max. výboji 360J.

Dotaz č. 2:

přístroje **Klinický defibrilátor:**

Zadavatel v technické specifikaci min. požadavků požaduje:

Stupeň krytí IP44.

Bude zadavatel akceptovat stupeň krytí IP33?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

přístroje **EKG 12-kanálové přímopíšící přenosné**

Zadavatel v technické specifikaci min. požadavků požaduje:

Displej minimální velikosti 10" se zobrazením všech 12 svodů.

Bude zadavatel akceptovat displej o velikosti 8" se zobrazením všech 12 svodů?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 4:

přístroje **EKG 12-kanálové přímopíšící přenosné**

Zadavatel v technické specifikaci min. požadavků požaduje:

Rychlost posuvu papíru 5/25/50.

Bude zadavatel akceptovat rychlost posuvu papíru 12,5/25/50?

Odpověď č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Přílohy:

p01a - Přístroje_OS - Technická specifikace _DI_01

p03 - Přístroje_OS - Tab plnění požadavků _DI_01

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 20. 10. 2023 do 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 12. 9. 2023

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření