

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Laparoskopická věž pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

4 K UHD hlavní monitor:

Bude zadavatel akceptovat dodání monitoru se vstupy a výstupy optimálně využívajícími vstupy a výstupy kamerové jednotky tak, aby bylo dosaženo maximálního možného kvality zobrazení a nebo striktně požaduje dodání monitoru se vstupy tak, jak je ve specifikaci? Vzhledem k tomu, že 4K zobrazení je nejlépe přenášeno přes Displayport, nevidíme opodstatnění pro 2x12G– SDI, které jen navýší cenu monitoru.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat připojení monitoru ve 4K zobrazení i pouze přes Displayport.

Dotaz č. 2:

4 K UHD monitor samostatný:

Bude zadavatel akceptovat dodání monitoru se vstupy a výstupy optimálně využívajícími vstupy a výstupy kamerové jednotky tak, aby bylo dosaženo maximálního možného kvality zobrazení a nebo striktně požaduje dodání monitoru se vstupy tak, jak je ve specifikaci? Vzhledem k tomu, že 4 k zobrazení je nejlépe přenášeno přes Displayport, nevidíme opodstatnění pro 2x12G– SDI, které jen navýší cenu monitoru.

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat připojení monitoru ve 4K zobrazení i pouze přes Displayport.

Dotaz č. 3:

4 K kamerová jednotka:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové i jednotky s vnitřní pamětí 128 GB? Tuto jednotku je možné doplnit externím harddiskem požadované velikosti. Jednotka zároveň umožňuje ukládání foto a videa do sdíleného disku nebo do PACS. Nabízené řešení je z pohledu kyber bezpečnosti a uchovávání patientských dat bezpečnější. V současné době není doporučováno uchovávat citlivá data v zařízeních jako je kamerová jednotka, ta je přístupná komukoliv a kdykoli na operačním sálu.

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat ovládání kamerové jednotky pomocí připojeného dotykového tabletu s grafickým prostředím v angličtině?

Odpověď č. 4:

Ne, zadavatel požaduje ovládání v českém jazyce.

Dotaz č. 5:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky s výstupy 2x displej port pro 4K obraz a 2x DVI pro full HD (který je redukovatelný na hdmi)?

Odpověď č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 6:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky ovládané pouze s kamerové hlavy, vzhledem k tomu, že video laparoskopie a videoendoskopy nejsou dodávány?

Odpověď č. 6:

Ne, zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky společné se zdrojem světla?

Odpověď č. 7:

Ne, zadavatel trvá na dvou zařízeních z důvodu nižších servisních nákladů a zajištění náhrady při poruše pouze jednoho zařízení.

Dotaz č. 8:

Zdroj světla

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky společné se zdrojem světla?

Odpověď č. 8:

Ne, zadavatel trvá na dvou zařízeních z důvodu nižších servisních nákladů a zajištění náhrady při poruše pouze jednoho zařízení.

Dotaz č. 9:

Jak bude zadavatel akceptovat tedy dál zdroje světla, který je rozšířený laserový zdroj světla pro ICG diagnostiku?

Odpověď č. 9:

Zadavatel nerozumí dotazu a tedy trvá na znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10:

Bude zadavatel akceptovat dodání světla bez podpory úzkopásmového zobrazení?

Odpověď č. 10:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 11:

4K kamerová hlava

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy se dvěma programovatelnými tlačítky? Každé tlačítko lze nastavit pro stisknutí a podržení to znamená 2 funkce. Celkem tedy mohou tlačítka ovládat až 4 funkce.

Odpověď č. 11:

Zadavatel bude akceptovat uchazečem navržené řešení.

Dotaz č. 12:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy s manuálním ostřením?

Odpověď č. 12:

V průběhu operací jsou situace, kdy lékař jednou rukou drží kameru a druhou asistuje. V těchto případech je zaostření kroužkem pomocí standardního objektivu nemožné, zadavatel trvá na funkci samoostření a rychlého ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě. Zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 13:

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy bez podpory úzkopásmového zobrazení?

Odpověď č. 13:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení

Dotaz č. 14:

Insufflátor:

Může zadavatel blíže vysvětlit funkci „volitelná velikost instalované dutiny“? Jak má tato funkce fungovat, případně omezovat plnění inflačního média?

Odpověď č. 14:

Zadavatel netrvá na této funkci.

Dotaz č. 15:

Bude zadavatel akceptovat dodání inflátoru bez evakuace kouře, ale s dodáním externí odsávací jednotky spojené s elektrokoagulační jednotkou? Toto řešení je z pohledu personálu bezpečnější, protože obsahuje i filtraci odsávaného kouře.

Odpověď č. 15:

Ne, zdrojem kouře je i např. harmonický skalpel, který není napojen na elektrokoagulaci, ale je nutné odsávat kouř. Zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 16:

Endoskopický vozík

Bude zadavatel akceptovat běhání vozíku bez šuplíku na klávesnici, vzhledem k tomu že věž je ovládána z tabletu na rameni. Tudíž není šuplík na klávesnici potřebný. Vozík je vybaven velkým šuplíkem.

Odpověď č. 16:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Přílohy:

p01a - Laparo věž - Technická specifikace DI 02

p04 - Laparo věž - Tab plnění požadavků DI 02

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 3. 11. 2023 do 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 26. 9. 2023

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření