

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 4
(Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: Sušárny/ termostaty pro Oblastní nemocnici Jičín

Zadavatel:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ následující vysvětlení zadávacích podmínek, a to na podkladě dotazu níže:

Dotaz č. 1:

„Budete u nechlazeného termostatu u položky č. 2b akceptovat využitelný objem 112 l?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano. Využitelný objem 112 l je s ohledem na omezené prostorové podmínky zadavatelem akceptovatelný.

Na základě výše uvedeného vysvětlení nedochází ke změně zadávacích podmínek. Lhůta pro podání nabídek se tak **neprodlužuje.**

Přílohy: žádné

V Hradci Králové dne 29.09.2023, Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření