



## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### „Pořízení vybavení pro ONN V – Laboratorní inkubátor“

(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
IČ: 26000202  
Zastoupen: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

**V zadávacím řízení zastoupen:** J&T advokátní kancelář s.r.o.  
se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město  
IČO 04996305

**Kontaktní osoba:** JUDr. Jan Salmon, advokát ev. č. 16428, společník  
Tel: + 420 774 720 720  
e-mail: [zakazky@jtak.cz](mailto:zakazky@jtak.cz)

V Praze dne 10. října 2023

Vážení,

zadavatel obdržel dne 5. října 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (dále jen „**žádost o VZD č. 1**“) a dále dne 8. října 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (dále jen „**žádost o VZD č. 2**“). Ačkoliv byly obě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace žadateli zadavateli doručeny opožděně (žádost o VZD č. 1 byla doručena 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, žádost o VZD č. 2 byla doručena 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek), tj. nebyla dodržena lhůta pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ, zadavatel zvažoval přínosnost odpovědi na jednotlivé dotazy, a rozhodl se uveřejnit toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

#### K žádosti o VZD č. 1

Zadavatel obdržel dne 5. října 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace o tomto znění:

„Dobrý den,

*trvá zadavatel na požadavku "kolečka zajišťující pojízdnost přístroje" nebo lze dodat bez koleček?*

Děkuji.“

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí následující:

Zadavatel po zvážení dotazu a přínosu požadavku na osazení laboratorního inkubátoru kolečky pro zajištění mobility dodaného zařízení přistoupil ke změně zadávací dokumentace, kdy z Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – technické podmínky“ se bez náhrady vypouští požadavek v podsekcí „Součást dodávky“ druhý řádek shora s parametrem „Kolečka zajišťující pojízdnost přístroje“.

Zadavatel při této příležitosti upravuje také název první podsekce, kde bylo nesprávně uvedeno „1 ks Rehabilitační lehátko s elektrickým zdvihem“ – správný název této podsekce je „1 ks Laboratorní inkubátor“.

Dodavatel je při podání nabídky oprávněn užít aktualizovanou verzi přílohy č. 2 zadávací dokumentace – technické podmínky, která je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem na termín



uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu ke lhůty pro podání nabídek zadavatel doplňuje, že pokud dodavatel využije nebo již v rámci podané nabídky využil předchozí verzi přílohy č. 2 a v podsekcí „Součást dodávky“ k parametru „Kolečka zajišťující pojízdnost přístroje“ uvede, že jím nabízený přístroj nedisponuje kolečky, nebude ze zadávacího řízení vyloučen.

### K žádosti o VZD č. 2

Zadavatel obdržel dne 8. října 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace o tomto znění:

*„Dobrý den,*

*mohl by zadavatel akceptovat hloubku 620 mm?*

*Děkuji“*

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí následující:

Zadavatel je s ohledem na prostorové dispozice pracoviště zadavatele nucen setrvat na požadavku maximální přípustné vnější hloubky inkubátoru s propojovacím kabelem a otevíracím madlem o rozměru 600 mm.

Nabídku přístroje s vnějším rozměrem 620 mm tedy zadavatel nebude akceptovat.

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že změna zadávací dokumentace provedená v návaznosti na žádost o VZD č. 1 rozšiřuje okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídky o celou její původní délku, tj. o 34 kalendářních dní.

S úctou

JUDr. Jan Salmon, advokát,  
smluvní zástupce zadavatele  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.