



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

572/130/2023

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 515/130/2023

uzavřené mezi

POLYMED medical CZ, a.s.

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2023 kupní smlouvu č. 515/130/2023 na pořízení 1 ks systému pro ohřev pacienta (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) nedílnou součástí Smlouvy byla mimo jiné příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím (dále jen „**Příloha č. 2**“);
- (C) Příloha č. 2 obsahuje chyby v psaní, když uvádí odlišnou kupní cenu v Kč bez DPH, než jaká byla sjednána ve Smlouvě;
- (D) kupní cena byla sjednána na základě nabídky Prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 6 – ohřev pacienta**“;
- (E) v souladu se zadávacími podmínkami byla kupní cena stanovena na základě údajů uvedených Prodávajícím v krycím listu souhrnného čestného prohlášení, které tvořilo přílohu č. 1 zadávací dokumentace, nikoliv na základě údajů uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy;
- (F) Smluvní strany mají s ohledem na výše uvedené skutečnosti zájem upravit Přílohu č. 2 tak, aby odpovídala skutečné kupní ceně v Kč bez DPH, a provést změnu Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 11.2. Smlouvy formou dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

POLYMED medical CZ, a.s.

se sídlem Petra Jilemnického 14/51, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

IČO: 27529053

DIČ: CZ27529053

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-885080297/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2673

zastoupená: Tomášem Jouklem, prokuristou

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující dále jen „**Smluvní strany**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Kupující. Prodávající s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

3.3 Pokud není sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.

3.4 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém originálu.

3.5 Smluvní strany potvrzují, že se seznámili s obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy č. 1, nemají k němu připomínek a tento uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jeho důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

Příloha č. 1: Příloha č. 2 Smlouvy – Technické podmínky zboží požadované kupujícími

V Náchodě dne viz elektronický podpis

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

POLYMED medical CZ, a.s.,
Tomáš Joukl, prokurista



Příloha č. 2 KS - Technické podmínky zboží požadované kupujícím

Vyplněná příloha č. 3 ZD tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Ohřev pacienta

Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace*

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

System ohřívání pacienta pro prevenci hypotermie anebo snížení prochladnutí na operační sály, po operacích a na jednotky intenzivní péče, určená pro dospělé a dětské pacienty			
Výrobce	Stihler Electronic GmbH		
Typ / Model	ASTOPAD DUO 310		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	128 980,00		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	128 980,00		
DPH v Kč celkem samostatně	27 085,80		
Cena v Kč včetně DPH celkem	156 065,80		
Základní vlastnosti přístroje			
Číslo	Specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota**	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)



1.1	Řídící jednotka řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, s ovládacím panelem s voděodolnou membránou a s LCD displejem pro zobrazení nastavené cílové a naměřené aktuální teploty.	ANO	Návod k použití
1.2	Řídící jednotka přenosná o hmotnosti max. 6 kg.	ANO	Návod k použití
1.3	Řídící jednotka se dvěma samostatně regulovatelnými výstupy s možností souběžného provozu.	ANO	Návod k použití
1.4	Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému.	ANO	Návod k použití
1.5	Uchycení na infuzní stojan a na eurolištu, možnost položení na rovnou plochu.	ANO	Návod k použití
1.6	Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.	ANO	Návod k použití
1.7	Systém umožňující rychlé zahřívání, dosažení až 37 °C do 10 minut.	ANO	Návod k použití
1.8	Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji.	ANO	Návod k použití
1.9	Systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy: <ul style="list-style-type: none">- alarm napájení – v případě výpadku napájení;- signalizace, že matrace není připojena k ovladači nebo je problém s připojením;- ochrana před přehřátím, pokud cílová teplota překročí bezpečnostní mezní bod 42 °C;- alarm, pokud aktuální teplota dosáhne 1,5 °C nad cílovou hodnotou teploty.	ANO	Návod k použití
1.10	Snadno omyvatelné příkrývky a matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků, určené pro opakované použití.	ANO	Návod k použití
1.11	Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta.	ANO	Návod k použití
1.12	Teplotní čidla v každé samostatné části.	ANO	Návod k použití
1.13	Systém RTG transparentní.	ANO	Návod k použití
1.14	Možnost použití jednorázových obalů na matrace.	ANO	Návod k použití
1.15	Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech.	ANO	Návod k použití
<u>Příslušenství</u>			
1.16	Matrace o velikosti min. 127 x 50 cm – 1 ks.	ANO	Návod k použití
1.17	Vyhřívaná deka o velikosti min. 128 x 75 cm – 1x.	ANO	Návod k použití



1.18	Propojovací kabely řídicí jednotky a matrace a příkrývky.	ANO	Návod k použití
------	---	-----	-----------------

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: IIb
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): X