

Technická specifikace

Název VZ:	Směšovací přístroje pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	Z251	Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch	10

Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch
Dávkovací jednotka na přípravu a netlakové dávkování hotového dezinfekčního přípravku nebo mycího roztoku z koncentrátu a pitné vody
Elektronické čerpadlo koncentrátu
Elektronický průtokoměr vody
Koncentrace roztoku není závislá na kolísání tlaku ve vodovodním potrubí
Hladinový snímač koncentrátu v kanystru
Bezpečné nízké napětí 24V
Jednoduché přepínání zvolené Koncentrace bezpečnostním klíčem
Optická LED signalizace chodu (informativní chybové hlášení)
Možnost volby automatického vypnutí (často opakovaná přesná dávka)
Možnost záměny dezinfekce dle dezinfekčního plánu
Zabezpečení proti kontaminaci koncentrátem vodovodního potrubí
Hygienické celonerezové provedení
Dávkování min. 0,25 % až 3,0 %