

## **Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

**Veřejná zakázka: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Název    | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| Sídlo    | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO      | 708 89 546                                     |
| DIČ      | CZ 708 89 546                                  |
| Zástupce | Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje            |

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: [akadanikova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:akadanikova@kr-kralovehradecky.cz),

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

#### **Dotaz č. 1:**

V rámci PS-02 Zdravotnické vybavení je v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek v části „Obecná specifikace – truhlářské vybavení – pracovní Linky“ uveden požadavek u kování: „Výsuvy zásuvek, celokovové dvouplášťové bočnice“. Opravdu zadavatel požaduje veškeré zásuvky v provedení celokovové dvouplášťové nebo bude umožněno nabídnout i klasické bočnice např. v provedení LDTD tl. 16 mm?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje řešení zásuvek tak, jak je uvedeno v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek.

**Dotaz č. 2:**

V rámci PS-02 Zdravotnické vybavení je v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek v části „Obecná specifikace – truhlářské vybavení – pracovní Linky“ uveden požadavek u „Korpus + police + zásuvky“: „v dekoru LDTD olepeno technologií PUR“. Umožní zadavatel nabídku truhlářského vybavení u korpusů, polic a zásuvek s obdobnou technologií olepení EVA?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje u nábytku olepení technologií PUR tak, jak je uvedeno v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 6. 11. 2023

Ing. Alena Kadaníková  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření