



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Ultrazvukový přístroj pro dialýzu Oblastní nemocnice Jičín**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V příloze č. 1_a: Technická specifikace požadujete k ultrazvuku pro dialýzu:

Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pomocí TEE sondy (sonda není součástí dodávky)

Dotaz:

Tato vámi požadovaná ultrazvuková sonda se používá při velmi sofistikovaném vyšetření srdce a některých velkých cév na kardiologických klinikách. Neuvedl tedy zadavatel pouze omylem tuto sondu do požadavků na ultrazvukový přístroj pro oddělení dialýzy? Případně v jakém časovém horizontu plánuje zadavatel TEE sondu pořídit?

Odpověď č. 1: Hemodialyzační oddělení patří mezi pracoviště interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. a součástí tohoto oddělení je rovněž kardiologická ambulance, gastroenterologie, endokrinologie a JIP, což jsou obory, uvedené v technických podmínkách a přístroj musí být použitelný i pro tyto obory.

V případě nouze se předpokládá využití ultrazvukového přístroje i pro některé z uvedených pracovišť a je žádoucí, aby přístroj disponoval požadovanou funkcionalitou.

Navíc uvedenou specifikaci splňuje více přístrojů na trhu.

Z uvedených důvodů zadavatel trvá na původní specifikaci v nezměněné podobě.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 15.11.2023 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové 09.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření