

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### „Zajištění servisní činnosti pro zdravotnické přístroje výrobce Hamilton a BEIJING NIHON KOHDEN.“

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
**Jednající:** RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ699004900  
**Způsob zadání:** otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 06.11.2023 ve 12:27:38 hodin.

#### **Dotaz č. 1:**

*Zadavatel zahrnul do Přílohy č.3\_Seznam zařízení Smlouvy o poskytování servisu ZP (dále v textu jen Smlouva) přístroje uvedené níže, které jsou v záruční době a jejich servis se řídí záručními podmínkami dle uzavřené kupní smlouvy. Z tohoto důvodu navrhuje uchazeč tyto přístroje z Přílohy č. 3\_Seznam zařízení Smlouvy odstranit. Seznam přístrojů: Plicní ventilátory Hamilton-CI Výrobní čísla: 28708, 26957, 26981, 27005, 27949, 28646, 28711, 28739 Zvlhčovače Hamilton-H900 Výrobní čísla: 39318, 39302, 39316, 39379.*

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu reviduje přílohu č. 2 ZD, tj. Seznam zařízení (a zároveň přílohu č. 3 smlouvy), tzn. ke všem přístrojům v záruce uvedl délku záruky, přičemž po uplynutí záruční doby budou zahrnuty tyto přístroje do plnění servisní smlouvy, a to na základě vyhrazené změny závazku dle článku 11, odstavce b) Návrhu servisní smlouvy.

Zadavatel do přílohy č. 2 Seznam zařízení doplnil sloupec s názvem „Záruka do“ a zároveň u přístrojů doplnil platnost záruky.

Revidovaná příloha č. 2\_Seznam zařízení je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 2:**

*Aktuální znění textu v čl. 2 odst. 3 Smlouvy - předposlední odrážka a v zadávací dokumentaci v části č. 2 – Vymezení předmětu veřejné zakázky.*

*• zajištění náhradních dílů a součástek podléhajících opotřebení, potřebných k bezvadné a spolehlivé funkci přístroje v souladu se zákonem o č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Cena náhradních dílů je zahrnuta do ceny servisu;*

*Uchazeč navrhuje pro jednoznačnost výkladu servisních podmínek uvedených ve Smlouvě doplnit do druhé věty text dle níže uvedeného:*

*Uchazečem navrhované znění textu: • zajištění náhradních dílů a součástek podléhajících opotřebení, potřebných k bezvadné a spolehlivé funkci přístroje v souladu se zákonem o č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Do ceny servisu je zahrnuta cena náhradních dílů a*

materiálu, které jsou uvedeny v Příloze č. 5.

### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:**

Zadavatel reviduje přílohu č. 3 ZD, tj. Návrh servisní smlouvy v článku 2, odst. 3 a přijímá nové znění:

- zajištění náhradních dílů a součástí podléhajících opotřebení, potřebných k bezvadné a spolehlivé funkčnosti přístroje v souladu se zákonem o č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Cena náhradních dílů **uvedených v příloze č. 5** je zahrnuta do ceny servisu;

Revidovaná příloha č. 3\_Návrh servisní smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel pro úplnost uvádí, že v ceně servisu (kontrol, oprav a jiných souvisejících činností) musí být zahrnuty veškeré náklady, tj. náklady na dopravu, zaškolení, opravy přístrojů včetně náhradních dílů a spotřebního materiálu, k zajištění bezvadného provozu předmětných přístrojů.

### **Dotaz č. 3:**

*Aktuální znění textu v čl. 2 odst. 4 Smlouvy:*

*Předmětem této smlouvy není: a) Prodej zboží spotřebního charakteru, pokud není nezbytnou součástí opravy. b) Servisní činnost u závad Přístrojů způsobených neodborným zásahem, hrubým porušením předepsaných postupů použití a údržby, živelnou katastrofou nebo třetí stranou, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.*

*Uchazeč navrhuje pro jednoznačnost výkladu smluvních podmínek doplnit do čl. 2 odst. 4 Smlouvy text uvedený pod písm. c):*

*c) Cena za náhradní díly a materiál měněný při opravách Přístrojů dle čl. 4 odst. 7 b).*

### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:**

V kontextu výše uvedeného dotazu č. 2, zadavatel výslovně uvedl, že veškeré náklady pro zajištění bezvadného provozu přístrojů musí být zahrnuty v ceně servisních prací. Účastníkem navrhovaná úprava je zcela v rozporu se zadávacími podmínkami zadavatele a je pro zadavatele neakceptovatelná, vyjma případu, kdy je porucha či vada přístroje způsobena neodborným zacházením.

### **Dotaz č. 4:**

*Uchazeč žádá o upřesnění, zda je doprava k servisní činnosti zahrnuta do ceny za servisní činnost?*

### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:**

Zadavatel v předchozích vypořádáních dotazů uvedl, že veškeré související náklady, tj. i cestovné, musí být zahrnuto v ceně servisních činností. Z čehož jasně vyplývá, že jakékoliv další platby nejsou přípustné.

V kontextu uvedeného a pro odstranění jakýchkoliv nejasností výkladu, zadavatel doplňuje do Přílohy č. 3\_Návrh servisní smlouvy, čl. 2, odst. 3 větu poslední, následující:

**„Veškeré výše uvedené činnosti jsou zahrnuty v servisních činnostech uvedených v příloze č. 2 servisní smlouvy, tj. Ceník servisních prací.“**

Revidovaná příloha č. 3\_Návrh servisní smlouvy je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 5:**

*Přistoupí zadavatel na navýšení vyhrazené změny závazku na částku 2 000 000 Kč bez DPH z důvodu ukončení záruční doby většího množství přístrojů v průběhu platnosti servisní smlouvy?*

### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:**

Ne, zadavatel nebude akceptovat navýšení vyhrazené změny závazku.

### **Dotaz č. 6:**

*Zadavatel zahrnul do Přílohy č.3\_Seznam zařízení Smlouvy přístroje v seznamu níže, které nejsou uvedené do Příloha č. 2 Ceník servisních prací Smlouvy.*

*Přistoupí Zadavatel na odstranění níže vypsanych přístrojů z Přílohy č.3\_Seznam zařízení Smlouvy?  
Seznam přístrojů: Monitory vitálních funkcí PVM-2703 Výrobní čísla: 0117151, 0114094 Monitory vitálních funkcí PVM-2701 Výrobní čísla: 0129081, 0129082 Monitor vitálních funkcí BSM-2353 Výrobní číslo: 02774 Plicní ventilátor Astral 150 Výrobní číslo: 22191857412 Přístroj pro léčbu spánkové apnoe - Sleep Cube Bilevel Výrobní číslo: LS002712*

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 6:**

Zadavatel na základě obdrženého dotazu reviduje znění přílohy servisní smlouvy č. 2 Ceník servisních prací, tj. doplňuje přístroje, u nichž uplynula záruční lhůta a jsou předmětem plnění servisní smlouvy.

Revidovaná příloha č. 2 servisní smlouvy, tj. Ceník servisních prací je přílohou tohoto vysvětlení.

**Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to přiměřeně, tj. lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o 12 dní.

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.11.2023, do 10:00 hodin.**

Přílohami tohoto vysvětlení jsou:

Příloha č. 2\_Seznam zařízení\_REV k 31.10.2023

Příloha č. 3\_Návrh servisní smlouvy\_REV

SS Příloha č. 2\_Ceník servisních prací\_REV

V Náchodě, dne:

Datum: RNDr.Bc.  
2023.11.07  
'19:30:04 +01'00 Jan Mach

RNDr. Bc. Jan Mach  
Předseda správní rady  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.