



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Nemocnice  
Náchod

## **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

### **Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky:**

**„Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v  
Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“**

Veřejná zakázka na dodávku zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení  
podle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

## Obsah

1	Identifikační údaje .....	1
1.1	Společné zadávání .....	2
2	Požadovaný předmět plnění .....	2
3	Obchodní podmínky .....	2
4	Technické podmínky .....	2
4.1	Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu („ONT“)	2
4.2	Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu („ONN“)	3
5	Klasifikace zakázky .....	4
6	Poddodavatelé .....	5
7	Požadavky na splnění kvalifikace .....	5
7.1	Základní způsobilosti .....	5
7.2	Profesní způsobilost .....	6
7.3	Technická kvalifikace .....	6
7.4	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů .....	6
7.5	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob .....	7
7.6	Evidence skutečných majitelů .....	7
7.7	Opatření k mezinárodním sankcím .....	7
7.8	Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů před podepsáním smlouvy .....	8
8	Varianty nabídky .....	8
9	Způsob zpracování nabídkové ceny .....	8
10	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky .....	8
11	Součinnost dodavatele .....	10
12	Způsob hodnocení nabídek .....	10
13	Změna zadávacích podmínek .....	10
14	Lhůty a kontakty .....	11
15	Přílohy zadávací dokumentace .....	12

# 1 Identifikační údaje

## Zadavatel veřejné zakázky

Název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 260 00 202  
DIČ: CZ26000202  
Zástupce žadatele: RNDr. Bc. Jan Mach, *předseda správní rady*

## Osoba pověřená činnostmi zadavatele

Název: Odpadová poradenská s.r.o.  
Sídlo: Osadní 26, 170 00 Praha 7  
IČ: 037 09 817  
DIČ: CZ 037 09 817

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Nováková  
tel.: (+420) 220 800 740  
mob.: 770 180 947  
e-mail: mgr.klara.novakova@odpavoporadenska.cz

Název veřejné zakázky: Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání

Druh zakázky: Dodávka

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky zadávané v nadlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

## Předpokládaná hodnota zakázky

<b>1.část</b>	7 732 000 Kč (bez DPH)
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONT), 1 ks	7 350 000 Kč (bez DPH)
Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační jednotku (ONT), 1x	382 000 Kč (bez DPH)

<b>2.část</b>	15 408 000 Kč (bez DPH)
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN), 1 ks	7 350 000 Kč (bez DPH)
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou), 1 ks	7 350 000 Kč (bez DPH)
Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační jednotku (ONN), 1x	382 000 Kč (bez DPH)
Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační jednotku (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou), 1x	326 000 Kč (bez DPH)

---

Celkem: **23 140 000 Kč (bez DPH)**

Místo plnění veřejné zakázky: areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou  
areál Oblastní nemocnice Náchod („ONN“)  
areál Oblastní nemocnice Trutnov („ONT“)

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: leden 2023

Zadavatel uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek přiměřeně se svým posláním poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní péče. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují témata v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací v souladu s § 6 odst. 4 zákona. Tyto principy jsou uplatňovány přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání zadavatele.

## 1.1 Společné zadávání

Zadávací řízení veřejné zakázky probíhá společným zadáváním ve smyslu § 7 ZZVZ. V souladu s § 7 odst. 2 ZZVZ byla uzavřena písemná smlouva o společném zadávání mezi následujícími zadavateli:

- Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO: 26000202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod
- Oblastní nemocnice Trutnov a.s., IČO: 26000237, se sídlem Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov

Zadavatel Oblastní nemocnice Náchod a.s. byl zadavatelem Oblastní nemocnice Trutnov zmocněn k veškerému jednání za zadavatele ve věci ZŘ, kromě uzavření smluv za jednotlivé zadavatele. Jednotlivé smlouvy dle tohoto ZŘ budou uzavřeny vždy příslušným pověřeným zadavatelem. Smlouva o společném zadávání byla uzavřena dne 7.11.2023.

## 2 Požadovaný předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 a 4.2. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění.

**V případě vypsání výzvy a následnému poskytnutí dotace bude předmět plnění spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.**

## 3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzorech smluv (příloha č. 5a a č. 5b této zadávací dokumentace). Vzory smluv jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

## 4 Technické podmínky

Plnění veřejné zakázky je specifikováno v kapitolách 4.1 a 4.2. Technické podmínky jsou stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci požadovaného zařízení.

Pro prokázání splnění technických požadavků všech dodávek zařízení vyplní dodavatel tabulku v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zároveň dodavatel doloží splnění technických požadavků dodávky zařízení předložením technické dokumentace, podrobného popisu zařízení, prospektů apod. tak, aby bylo možno naplnění technických požadavků ověřit.

### 4.1 Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu („ONT“)

<b>Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONT), 1 ks</b>
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m <sup>3</sup> .
Rozměry v provozním stavu bez např. obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 7,23 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg

Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
<p>Príslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem,</li> <li>- zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek</li> </ul>

## 4.2 Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu („ONN“)

<b>Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN), 1 ks</b>
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m <sup>3</sup> .
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 3,42 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace

Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
<p>Príslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem,</li> <li>- zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek</li> </ul>

<b>Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (Nemocnice Rychnov na Kněžnou), 1 ks</b>
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m <sup>3</sup> .
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 3,42 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400 V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
<p>Príslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem,</li> <li>- zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek</li> </ul>

## 5 Klasifikace zakázky

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV:

- 42418300-2 Zařízení na odstraňování odpadků
- 42924720-2 Zařízení pro dekontaminaci

## 6 Poddodavatelé

Výše poddodávek není omezena.

## 7 Požadavky na splnění kvalifikace

Požadavky na kvalifikaci jsou stejné pro všechny části zakázky (pokud není uvedeno jinak).

### 7.1 Základní způsobilosti

dle § 74, odst. 1 písm. a) až e) zákona o zadávání veřejných zakázek:

**Způsobilým není dodavatel, který:**

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku podle dle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V případě, že se účastní zadávacího řízení pobočka závodu:

- zahraniční právnické osoby, musí splňovat podmínky dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí splňovat podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

**Splnění základní způsobilosti se dokládá:**

- čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3) nebo alternativně je možno základní způsobilost doložit předložením kopií nebo originálů dokladů, které musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení:
  - výpisem z evidence Rejstříku trestů (viz bod a)),
  - potvrzení příslušného FÚ (viz bod b)),
  - čestným prohlášením (viz bod c), b)),
  - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (viz bod d)),
  - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo čestným prohlášením (viz bod e)).

Při společné nabídce více osob prokazuje každý účastník nabídky základní způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ samostatně.

## 7.2 Profesní způsobilost

### dle §77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek:

- Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Při společné nabídce více osob prokazuje každý účastník nabídky profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně.

Zadavatel dále požaduje dle §77 odst. 2 písm. a. ZZVZ, aby dodavatel předložil doklad, že je:

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění minimálně v oboru:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona

### Stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a doklady prokazující profesní způsobilost dle §77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel předkládá kopie dokladu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

## 7.3 Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace dekontaminační jednotky dle § 79 ZZVZ předloží dodavatel dokumenty v rozsahu:

- a) Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání (§ 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ) v rozsahu:
  - Poskytnutí technických výkresů s kótami hlavních rozměrů zařízení, dokládající splnění parametrů a fotografie dodávaného zařízení z různých směrů, včetně fotografií dodávaného zařízení v provozních situacích s otevřeným otvorem pro vsázku odpadů a otevřeným otvorem pro vyskladnění odpadů, které umožní rozměry posoudit.
  - Podrobný popis průběhu provozního cyklu, zahrnující minimální časové intervaly procesů vsázky odpadů, rozmělnění odpadů, dekontaminace, vyskladnění odpadů. Popis časového průběhu teplot v dekontaminačním zařízení v jednotlivých částech provozního cyklu (rozmělnění, dekontaminace).
  - Fotografie vzorků dekontaminovaných odpadů.
  - Parametry, které obsahuje šiték dokumentující dekontaminaci každé dávky odpadů a popis, jak je zajištěno, aby v případě nestandardní situace, kdy není dosaženo parametrů potřebných pro dekontaminaci, systém řízení nepropustil dávku odpadů do výstupu.
- b) Dokumenty prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. (§ 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ) v rozsahu:
  - Certifikát nezávislé certifikační autority nebo prohlášením výrobce, dokládající požadovanou účinnost dekontaminace dle technické specifikace.
  - Posouzení technologie zařízení pro uvedení na český trh od Státního zdravotního ústavu (validace technologie v souladu s Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, Státní zdravotní ústav, 2016)

## 7.4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li účastník veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:

- základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Výpis nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.



## 7.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit, v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

*Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) ZZVZ vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.*

V souladu s § 82 v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## 7.6 Evidence skutečných majitelů

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli dle § 122 odstavce 5 ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou dle § 122 odstavce 6 ZZVZ, zadavatel vyzve dodavatele k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele dle § 122 odstavce 8 ZZVZ,

- a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odstavce 4 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
- b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odstavce 6 ZZVZ.

## 7.7 Opatření k mezinárodním sankcím

Dodavatel jako součást své nabídky předloží čestné prohlášení, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce (vzor je přílohou č. 9 této zadávací dokumentace). Prohlášení předkládají také poddodavatelé.

---

<sup>1</sup> „Skutečný majitel“ je definován v ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde je stanoveno, že skutečným majitelem se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., rozumí:  
1. skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo  
2. fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Zadavatel v souvislosti s opatřením k mezinárodním sankcím postupuje dle ust. § 48a ZZV. Při vyloučení účastníka zadávacího řízení zadavatel postupuje dle § 48 odst. 11 ZZVZ. Pokud by zadavatel vyloučil účastníka, který bude dle hodnocení vybráným dodavatelem, postupuje obdobným způsobem k ust. § 125 ZZVZ.

## **7.8 Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů před podepsáním smlouvy**

Zadavatel odešle dodavateli vybranému podle § 122 odstavce 1 nebo 2 výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nemá k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1. Doklady o základní způsobilosti prokazuje vybraný dodavatel splněním požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3, pokud si zadavatel ve výzvě k předložení dokladů nestanoví jinak (§ 122 odstavce 4).

Dále zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odstavce 7 ZZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akciionářů vychází; nepředložení tohoto dokumentu je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele.

### **Důsledek nesplnění kvalifikace:**

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele dle § 122 odstavce 8 písm. b) ZZVZ, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odstavce 3 nebo 4.

## **8 Varianty nabídky**

Variantní nabídky se nepřipouštějí.

## **9 Způsob zpracování nabídkové ceny**

Měna nabídky je česká koruna (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Pro stanovení nabídkové ceny je určující vyplnění tabulky cen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně dodání na místo plnění zakázky a zaškolení obsluhy.

Dodavatel je vázán výší nabídkové ceny po celou dobu trvání zadávací lhůty.

## **10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

Dle ustanovení § 45 odst. 3 pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do jazyka určeného zadavatelem. Přičemž doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

Nabídka musí být doručena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html).

Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 4

2. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 7<sup>2</sup>
  - čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti se nachází v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
3. Obchodní podmínky (formou návrhů smluv dle příloh č. 5a, č. 5b); dodavatel je povinen respektovat všechny obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy.  
Návrh smlouvy (smluv):
  - Dodavatel ucházející se o VZ předloží zadavateli závazný návrh smlouvy pro nabízenou část veřejné zakázky (vzor v příloze č. 5a, 5b).
  - Dodavatel ucházející se o VZ musí v návrhu smlouvy plně akceptovat požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a rovněž ustanovení právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
  - Předložený návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat veškeré ceny, nejzazší termín dodávky, obchodní, servisní a záruční podmínky, název a registrační číslo projektu a všechna další ustanovení, uvedená v příloze č. 5a, 5b zadávací dokumentace (vzor smlouvy), pokud mají nebo mohou mít vliv na cenu.
4. Nabídkovou cenu nabízené části předmětu veřejné zakázky, vyplněnou tabulku cen, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
5. Technické parametry dodávky minimálně v rozsahu parametrů stanovených v technických podmínkách (kap. 4 této zadávací dokumentace). Potvrzení technických parametrů dodávek zařízení bude formou vyplnění příslušných tabulek v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci s uvedením vyjádření „ano“ nebo „ne“ ke každému parametru a **uvedením konkrétní hodnoty číselně vyjádřených parametrů**. Tabulka s popisem technických parametrů dle přílohy č. 2 bude přílohou smlouvy jako její nedílná součást.
  - a. Technické parametry budou v nabídce dále podrobně uvedeny a dokumentovány formou například podrobného popisu dodávky zařízení, fotografie, nákresy, technickým prospektem a podobně tak, aby bylo možno posoudit splnění technických parametrů příslušné dodávky zařízení.
6. Prohlášení dodavatele (nebo osoby oprávněné jednat), z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu výběrového řízení, podepsané statutárním zástupcem dodavatele, že uznává podmínky zadávacího řízení tak, jak byly zadavatelem předloženy, a je informován o místních podmínkách, do ceny zahrnul všechny náklady, potřebné pro plnění předmětu zakázky v souladu se zadávacími podklady, a do smlouvy promítl veškeré podmínky obsažené v zadávacích podkladech (vzor příloha č. 6).
7. Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (příloha č. 7)
8. Čestné prohlášení ve vztahu k Ruským/Běloruským subjektům (vzor příloha č. 8)

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

**Zadavatel doporučuje, aby dodavatel věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle výše uvedené osnovy. Neuvedení některého z bodů osnovy může být důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.**

Zadavatel **doporučuje** všechny stránky nabídky včetně příloh očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

---

<sup>2</sup> Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastník zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (§88 odst. 1 a 2 ZZVZ). Tato povinnost nevznikne, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a. Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b. Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle (§88 odstavce 1.

Nabídka musí být doručena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ([https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html)) v souladu s ustanovením § 107 zákona odst. 1 ZZVZ. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.

## 11 Součinnost dodavatele

Každý dodavatel si nese sám veškeré náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce, počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od výzvy zadavatele.

Dle § 122 odst. 3 ZZVZ zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci.

## 12 Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 tabulka cen.

**Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky jakož i dílčí části zakázky i dané části v Kč bez DPH, představují zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny na plnění dílčích hodnot příslušné části veřejné zakázky. Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky, rovněž i dílčí části v příslušné části, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v rámci příslušné části veřejné zakázky a dodavatel zadávacího řízení, který takovou nabídkovou cenu nabídne, bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen.**

V případě více nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, za podmínek splnění veškerých požadavků, bude zvolena nejvýhodnější nabídka na základě náhodného losu za přítomnosti státního notáře a za přizvání zástupců dotčených dodavatelů. O průběhu náhodného losu bude učiněn zápis státním notářem.

Oznámení o výběru dodavatele zadavatel odešle bez zbytečného odkladu po ukončení hodnocení nabídek.

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění či doručení stěžovateli.

## 13 Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek kdykoliv během běhu lhůty pro podání nabídek.

Pokud povaha doplnění/změny zadávacích podmínek vyžaduje, resp. pokud by tato změna mohla ovlivnit okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, je zadavatel povinen současně prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila od doby odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace, nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení v důvodech stanovených § 127 ZZVZ.

## 14 Lhůty a kontakty

### Zahájení zadávacího řízení

14.11.2023

### Termín pro podání nabídek

15.12.2023 do 12:55 hod. nabídky jsou podávány v elektronické podobě

### Termín otevírání nabídek

15.12.2023 v 13:00 hod. nabídky jsou otevírány v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek

S ohledem na povinnost elektronické komunikace vč. příjmu nabídek se účastníci zadávacího řízení otevírání nabídek neúčastní.

### Osoby poskytující informace

Mgr. Klára Nováková, tel.: (+420) 220 800 740, mob.: 770 180 947,

e-mail: [mgr.klara.novakova@odpado vaporadenska.cz](mailto:mgr.klara.novakova@odpado vaporadenska.cz), Osadní 26, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zadávací dokumentace a veškeré informace, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele budou k dispozici v elektronické verzi ke stažení na profilu zadavatele (elektronickém nástroji) [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html). Úkony učiněné prostřednictvím elektronického nástroje se považují za podepsané.

V případě vyloučení dodavatele zadavatel odešle bezodkladně dodavateli písemné oznámení v elektronické podobě o jeho vyloučení s odůvodněním. Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele písemné oznámení v elektronické podobě o výběru dodavatele včetně odůvodnění všem účastníkům zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje nekládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel může písemně požádat o vysvětlení ZD. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím uvedené v první větě tohoto odstavce. Odpověď na tuto žádost, pokud byla doručena včas, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele (elektronickém nástroji) do 3 pracovních dnů.

Dle § 211 odst. 1 a 3 ZZVZ probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem písemně a elektronicky s výjimkou případů stanovených v zákoně. Zadavatel důrazně doporučuje, aby veškerá písemná komunikace dodavatelů (dotazy atp.) probíhala přes elektronický nástroj [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html). Veškerá písemná komunikace zadavatele (vysvětlení ZD, oznámení o vyloučení/výběru atp.) bude probíhat přes tento elektronický nástroj zadavatele.

## 15 Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Tabulka cen

Příloha č. 2: Technická specifikace

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4: Krycí list nabídky

Příloha č. 5a: Vzor smlouvy pro dekontaminační jednotku ONT

Příloha č. 5a: Vzor smlouvy o poskytování servisních služeb ONT

Příloha č. 5b: Vzor smlouvy pro dekontaminační jednotku ONN

Příloha č. 5b: Vzor smlouvy o poskytování servisních služeb ONN

Příloha č. 6: Prohlášení dodavatele k podmínkám nabídky

Příloha č. 7: Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Příloha č. 8: Čestné prohlášení ve vztahu k Ruským/Běloruským subjektům

V Náchodě

.....  
*Podpis, razítko*  
RNDr. Bc. Jan Mach,  
*předseda správní rady „ONN“*,