

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Název veřejné zakázky: Směšovací přístroje pro Oblastní nemocnici Jičín 2

Zadavatel:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn včetně této dodatečné informace.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ následující vysvětlení zadávacích podmínek, a to na podkladě těchto dotazů:

Dotaz č. 1:

„Maximální nabídková cena – pro výběrové je stanovena maximální cena na 320 000,- bez DPH S ohledem na specifikaci dávkovačů se domníváme, že maximální ceny je nízká i s ohledem na fakt, že dané zařízení je třeba odborně instalovat, kalibrovat. Následná kalibrace po jednom roce v ceně. Domníváme se, že cena by měla být nastavena na cca 600 000 bez DPH“.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel si prověřil cenu v obdobných případech a na základě této skutečnosti byla stanovena předpokládaná cena. Pokud dodavatel pro nabídku uvažuje přístroje, které mají jiné technické řešení, je třeba řešit nikoliv cenu, ale technické řešení. Zadavatel trvá na stanovené předpokládané hodnotě.

Dotaz č. 2:

„Ze zadávací dokumentace není patrné, zda jsou vybraná místa připravena pro instalaci (elektrická přípojka – zásuvka, přívod vody dle potřeb daného zařízení).“

Odpověď na dotaz č. 2:

Stavební připravenost pro daná zařízení je stavebně připravena dle zpracované projektové dokumentace. Konkrétní požadavky na stavební připravenost (výšky zásuvek a přívodů vody dle konkrétních zařízení) budou řešeny až v momentě, kdy je bude znám vybraný dodavatel (vítěz zadávacího řízení).

Dotaz č. 3:

„V dokumentaci je uveden termín plnění od října 2023 až po prosinec 2023. S ohledem na termíny průběhu výběrového řízení, je termín instalace s ohledem na předpokládaný termín vyhlášení výsledků se domníváme, že by bylo vhodné prodloužit termín do 15.1.2024.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Uvedené termíny zahájení a ukončení plnění jsou *pouze předpokládané*. Zadavatel touto dodatečnou informací zcela odstraňuje zmínku o předpokládaných termínech zahájení a ukončení plnění a již tyto předpokládané termíny dále neuvádí. Celková doba dodání se nemění.

Zadavatel rozhodl přiměřeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 12. 2023 v 10:00 hodin.**

Přílohy: žádné

V Hradci Králové dne 21.11.2023

Mgr. Kateřina Machová,
na základě pověření