



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## KUPNÍ SMLOUVA č. 637/130/2023

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

### **MEDIN, a.s.**

se sídlem: Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378030

DIČ: CZ43378030

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 686

bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 1622867359/0800

zastoupená: Ing. Miroslavem Havlíčkem, MBA, generálním ředitelem

(dále jen „**prodávající**“)

a

### **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.



### Preambule

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího reg CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016341 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, „Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteří sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ (dále jen „Dotační program“).
2. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
  - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
  - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, s názvem: „**Modernizace vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou – Sterilizační kontejnery**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními Technickými podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



I.

**Předmět smlouvy**

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k:

Kontejner ventilový 600x300x210 mm AS;stříbrný, 4 ks

(dále jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technické podmínky zboží prodávajícího) a v příloze č. 2 této smlouvy (Technické podmínky požadované kupujícím). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2.2. této smlouvy.

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.
- 1.5. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy předmět plnění dle této smlouvy není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích a v případě, že taková povinnost nevyplyvá z pokynů výrobce, nevztahují se na prodávajícího povinnosti dle této smlouvy, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.
- 1.6. Prodávající prohlašuje, že přístrojové vybavení splňuje technické, hygienické, humánní, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské unie a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění.



## II.

### Doba a místo dodání

2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 4 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy** na místo dodání:

- Oblastní nemocnice Náchod, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou, PSČ: 51601.

2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je Miloš Klikar, tel.: +420 601 570 731, e-mail: [milos.klikar@medin.cz](mailto:milos.klikar@medin.cz).

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
  - Petra Dolkova, tel: 604 441 115, e-mail: [dolkova.petra@nemocnicerk.cz](mailto:dolkova.petra@nemocnicerk.cz), nebo
  - Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, e-mail: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz).
- pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / -e dodávat: Andrea Hynková, e-mail: [hynkova.andrea@nemocnicerk.cz](mailto:hynkova.andrea@nemocnicerk.cz), tel.: 494 502 511.

2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2.1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů dle platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, dodávka musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky;
- c) provedení instruktáže obsluhy s vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech zúčastněných pracovníků;
- d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě



(CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích, příp. zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;

- e) předávací protokol, záruční a dodací list;
- f) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů po dobu 24 měsíců;
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran;
- h) po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, pokud jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby;
- i) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno;

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele



je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

- 2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

### III.

#### Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je 66 536,00 Kč bez 21% DPH, DPH činí 13 972,56 Kč, tj. 80 508,56 Kč včetně DPH.

| Položka                                   | Jednotková<br>cena v Kč bez<br>DPH | Celková cena<br>v Kč bez DPH |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Sterilizační kontejnery – 4 ks            | 16 634,00 Kč                       | 66 536,00 Kč                 |
| <b>Celkem</b>                             |                                    | 66 536,00 Kč                 |
| <b>DPH celkem v Kč samostatně</b>         |                                    | 13 972,56 Kč                 |
| <b>Celková kupní cena v Kč včetně DPH</b> |                                    | 80 508,56 Kč                 |

- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy kupujícího, protokolární předání zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
  - identifikaci prodávajícího a kupujícího,
  - den splatnosti,



- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo Projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016341 názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou“, atd.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2.2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: [fakturace@nemocnicenachod.cz](mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz).

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.
- 3.8. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3.8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto



skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcem či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

#### IV.

##### **Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží**

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

#### V.

##### **Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis**

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců**.

Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (záruka za jakost) zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než za 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:



- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.4. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.5. Reklamáce zboží a kontakty prodávajícího:

- 5.5.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamáce“). I reklamáce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:



- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.5.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci a servis: servisní informační systém na tel. č.: +420 601 570 731, e-mail: [milos.klikar@medin.cz](mailto:milos.klikar@medin.cz). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.
- 5.5.3. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech. Umožňuje-li to charakter zboží, je možné reklamované zboží odeslat do servisního střediska. Oprava tak bude maximálně do 48 hodin od prokazatelného doručení zboží do servisního střediska.
- 5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce 5.5.3. v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástí, dodání náhradních dílů ze zahraničí, atp.), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit.
- 5.7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je prodávající povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobné zboží tak, aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této



povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- 5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5.1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.12. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.



- 5.13. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

## VI.

### Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).



## VII.

### Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě změny poddodavatele bez předchozího souhlasu kupujícího zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý takový případ.
- 7.3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.5.3., 5.6. a 5.7. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.6. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.7. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

## VIII.

### Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu



k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené platí i pro případné poddodavatele.

- 8.3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí. Prodávající je dále povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Prodávající se dále zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.

## IX.

### Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.5.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
  - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
  - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6.6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
  - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
  - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo



- f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

## X.

### Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakémukoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.



- 10.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.9. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 10.10. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technické podmínky zboží prodávajícího;
  - Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím;
  - Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu;

**Prodávající:**

V Novém Městě na Moravě dne

---

Ing. Miroslav Havlíček, MBA

generální ředitel

**Kupující:**

V Náchodě dne

---

RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady

## Protected Valve Containers

### Kontejnery s chráněným ventilem


- > 1 STU
- > 3/4 STU
- > 1/2 STU




1 ⌚



2 ⌚



3 ⌚



(ENG)

The Protected Valves Model Container is a mechanical filtering system requiring no maintenance. Its correct functioning can be controlled by inserting a tip in the suitable hole in the centre of the valve bottom. The three working position of the valve during and after sterilization are shown in the drawing.

- 1 Before sterilization the valve is in state of rest.
- 2 During the vacuum stage depression makes the valve open completely, so that air escapes from the container.
- 3 Afterwards the valve closes, and the second valve opens; in this stage steam enters and the sterilization stage starts.
- 1 At the end of the cycle the valve closes tightly in order to maintain the container load sterile.

(CZ)

Model kontejneru s chráněným ventilem je mechanický filtrační systém, který nevyžaduje žádnou údržbu. Jeho hladké ovládání lze kontrolovat zavedením špičky do příslušného otvoru uprostřed dna ventilu. Následující diagram znázorňuje tři fáze provozu ventilu během a po sterilizaci.

- 1 Před sterilizací je ventil v klidu.
- 2 Během fáze podtlaku dochází k úplnému otevření ventilu, což umožňuje výstup vzduchu z kontejneru.
- 3 Poté se ventil zavře a druhý ventil se otevře, čímž dojde k vniknutí páry. Potom začíná sterilizační fáze.
- 1 Na konci cyklu se ventily pevně uzavírají, aby se udržovala náplň uvnitř nádoby sterilní.



Stainless steel<sup>1</sup>Nerezová ocel<sup>1</sup>

| výr. | d.  | š.  | v.  |
|------|-----|-----|-----|
| 2010 | 600 | 300 | 260 |
| 2011 | 600 | 300 | 210 |
| 2012 | 600 | 300 | 160 |
| 2019 | 600 | 300 | 135 |
| 2013 | 600 | 300 | 110 |

Aluminium - hard anodizing<sup>1</sup>Hliník - tvrdá anodizace<sup>1</sup>

| výr. | d.  | š.  | v.  |
|------|-----|-----|-----|
| 3010 | 600 | 300 | 260 |
| 3011 | 600 | 300 | 210 |
| 3012 | 600 | 300 | 160 |
| 3019 | 600 | 300 | 135 |
| 3013 | 600 | 300 | 110 |

Aluminium - soft anodizing<sup>1</sup>Hliník - měkká anodizace<sup>1</sup>

| výr. | d.  | š.  | v.  |
|------|-----|-----|-----|
| 2030 | 600 | 300 | 260 |
| 2031 | 600 | 300 | 210 |
| 2032 | 600 | 300 | 160 |
| 2039 | 600 | 300 | 135 |
| 2033 | 600 | 300 | 110 |




## Options


Možnosti

Page/stránka 59

C/C



mm

<sup>1</sup>Valve/Soupapes — <sup>1</sup>Handles/rukojeti

N



B



V



R



G



S




***SPOLEČNOST C.B.M. S.r.l.***

***KONTEJNERY***

***Model: S CHRÁNĚNÝMI VENTILY***



(Nařízení 2017/745/EU- třída I)



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

**Informace pro plnění**

| Vnější rozměry kontejneru (mm) |       |          | Max. hmotnost zátěže brutto (kg) |                |
|--------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------------|
| Délka                          | Šířka | Výška    | Kov                              | Textil         |
|                                |       |          | EN 868-8[4.2.8]                  | EN 285[26.6.6] |
| 600                            | 300   | 260      | 10                               | 7,5            |
|                                |       | 210      | 8,1                              | 6,1            |
|                                |       | 160      | 6,2                              | 4,6            |
|                                |       | 135      | 5,2                              | 3,9            |
|                                |       | 110 / 85 | 4,2                              | 3,2            |
| 460                            | 300   | 260      | 7,7                              | 5,8            |
|                                |       | 210      | 6,2                              | 4,6            |
|                                |       | 160      | 4,7                              | 3,5            |
|                                |       | 135      | 4,0                              | 3,0            |
|                                |       | 110 / 85 | 3,2                              | 2,4            |
| 300                            | 300   | 260      | 5,0                              | 3,8            |
|                                |       | 210      | 4,0                              | 3,0            |
|                                |       | 160      | 3,1                              | 2,3            |
|                                |       | 135      | 2,6                              | 1,9            |
|                                |       | 110 / 85 | 2,1                              | 1,6            |

## Uživatelský manuál

**POZOR:**

- ♦ Doporučujeme uživatelům přečíst si pečlivě tento manuál a dodržovat instrukce v něm uvedené.
- ♦ Před prvním použitím kontejnerů doporučujeme provést sterilizační cyklus s prázdným kontejnerem nebo provést kompletní čisticí cyklus.
- ♦ Doporučuje se pečlivě vyčistit materiál, který má být sterilizován.
- ♦ Není povoleno používat kontejnery poškozené nebo deformované
- ♦ Uživatel nebo pacient by měl ohlásit jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, výrobci a příslušnému orgánu v členském státě, v němž se nachází.

**1) OBLAST POUŽITÍ**

Tento manuál obsahuje charakteristiky a pokyny pro použití sterilizačních kontejnerů společnosti C.B.M. mod. s „Chráněnými ventily“ z nerezové oceli a eloxovaného hliníku, používané pro sterilizaci parou splňující evropskou normu EN 285.

Sterilizační kontejnery C.B.M. byly vyrobeny v souladu s normami EN 11607-1, EN 868-8 a s Nařízením 2017/745/EU "Zdravotnické prostředky" třídy I.

**2) CHARAKTERISTIKA****2.1) MATERIÁLY (pro modely z nerezové oceli)**

Tato řada kontejnerů je vyrobená hlavně z nerezové oceli AISI 304-18/10, protože tím se zajišťuje vynikající odolnost vůči opotřebení a korozi a tak i dlouhá životnost výrobku.

**2.1) MATERIÁLY (pro modely z hliníku)**

Tato řada kontejnerů je vyrobená hlavně z eloxovaného hliníku. Jeho hlavní charakteristikou je nízká hmotnost a vynikající tepelná vodivost.



#### 2.1.1) MĚKKÁ ANODIZACE (pro modely z hliníku)

Anodizace je běžně používaný způsob úpravy, která zvyšuje tvrdost povrchu hliníku s cílem zvýšit odolnost proti páře.

Tento proces umožňuje volbu různých barev povrchu (zelené, červené, modré a žluté), které umožňují snadnou identifikaci.

#### 2.2.1) TVRDÁ ANODIZACE (pro modely z hliníku)

Tvrdá anodizace má za následek, že povrch kontejneru je mnohem odolnější vůči oděru při zachování nezměněné vynikající tepelné vodivosti; umožňuje pouze jedno zbarvení (zelená/hnědá).

#### 2.2) OKRAJ TĚLA

Horní okraj kontejneru je zaoblen, aby se zvýšila pevnost této části, která musí zajistit těsnící spoj spolu s těsněním.

#### 2.3) UZAVÍRACÍ PÁČKY

Páčky pro zavírání jsou z nerezové oceli AISI 304-18/10 a zaručují snadné a bezpečné otevření a uzavření kontejneru, což zajišťuje aseptické odstranění víka.

Chcete-li otevřít nádobu, jednoduše vytáhněte páčky směrem nahoru a přesuňte je do vodorovné polohy a zvedněte víko.

#### 2.4) ŠTĚRBINA PRO TĚSNĚNÍ

Otvírací páčky mají štěrbinu pro použití jednorázového těsnění, aby bylo možné demonstrovat případné otevření kontejneru.

Těsnění je doplňkem kontejneru (objednává se samostatně, výr č. 2000-060)

#### 2.5) IDENTIFIKACE KONTEJNERU

Aby byla zajištěna snadná a rychlá identifikace kontejnerů, existuje možnost vkládat do příslušných držáků na štítky dva hliníkové lístky, kde je možné uvést například oddělení, kterému patří kontejner a jeho obsah.

Je také možné použít vyhrazený držák štítku pro jednorázový papírový lístek, na němž lze uvést datum, jméno operátora a další informace, které mohou být pro organizaci užitečné.

#### 2.6) RUKOJETI

Každý kontejner má dvě rukojeti na nošení.

Tyto rukojeti jsou z nerezové oceli AISI 304-18/10 částečně pokryty silikonovou trubkou.

Rukojeti a jejich upevňovací systém jsou dostatečně pevné, aby vydržely zatížení 50 kg.

#### 2.7) SPOJOVACÍ ČÁSTI

Každá část (rukojeti, uzávěry, držáky štítků apod.) jsou připevněny ke kontejneru pomocí nýtování a tyto nýty jsou z nerezové oceli AISI 303.

Toto nýtování vytváří silný mechanický spoj a vzduchotěsné uzavření spoje.

#### 28) VENTIL

Ventil je zařízení, které je navrženo tak, aby zůstávalo v normálních podmínkách uzavřeno, zatímco v případě přetlaku nebo nízkého tlaku se otevírá, aby umožnilo stabilizaci tlaku, umožnilo vstup páry během sterilizace a výstup vzduchu během fáze vyprazdňování autoklávu.

Ventil je vyroben z eloxovaného hliníku; toto ošetření umožňuje volbu různých barev pro kryt ventilu (zelená, červená, modrá a žlutá), a tím je umožněna jeho rychlá identifikace.

### 3) NÁVOD K POUŽITÍ

#### 3.1) PLNĚNÍ

Umístěte náplň uvnitř kontejneru tak, aby tam zůstal dostatečný prostor pro vstup a cirkulaci páry. V případě ukládání kovových nástrojů doporučujeme použít kovové síťové koše s odpovídajícím příslušenstvím pro rozdělení a zablokování nástrojů.

Vždy nechte několik centimetrů prostoru pod ventilem, uvnitř kontejneru, aby byl umožněn průchod páry.

Nepřekračujte doporučenou maximální hmotnost v poměru k rozměrům kontejneru (viz tabulka na straně 2).

Kontejnery lze skládat na sebe do sloupce.

#### 3.2) BEZPEČNOST

Upevněte těsnění k uzávěru a umístěte jednorázový papírový štítek s chemickým indikátorem do místa, které je k tomu určeno.



### 3.3) STERILIZACE

Vložte kontejner do prostoru sterilizátoru. Je-li náplň ve sterilizátoru složena z různých kontejnerů, ujistěte se, že jsou uloženy správným způsobem tak, aby mezi nimi zůstal dostatečný průchod pro páru.

Pokud je náplň ve sterilizátoru složena z obalů v papírových sáčkích nebo obálkách, ujistěte se, že tyto obaly nemají tendenci zavírat ventil.

### 3.4) POKYNY PRO SPRÁVNÉ SUŠENÍ NÁPLNĚ

#### 3.4.1) NĚKOLIK RAD TÝKAJÍCÍCH SE NÁPLNĚ

- Respektujte maximální přípustnou zátěž pro použitou velikost kontejneru (viz graf na straně 3). Nezapomeňte, že vaše vybavení bylo naplánováno a verifikováno s ohledem na tuto maximální náplň. Nadměrné plnění by mohlo ovlivňovat výkon sušení vašeho autoklávu.
- Skládejte náplň rovnoměrně, abyste pokud je to možné, zabránili/a překrývání velkého množství nástrojů. Za tímto účelem je užitečné používat nějaké systémy pro polohování sterilizovaných pomůcek (např. Podpory Easyfit na straně 69 našeho katalogu).
- Nepokládejte pomůcky určené ke sterilizaci přímo do kontaktu se dnem nádoby. Použití vnitřního koše (např. Systém košů na straně 69 našeho katalogu) umožňuje lepší oběh páry a sušení.
- Pokud je to možné, vložte nádoby do autoklávu, zavřete dvířka a počkejte 5 minut před zahájením sterilizačního cyklu. Tento postup omezuje vytváření kondenzace během celého sterilizačního cyklu.

#### 3.4.2) CO KONTROLOVAT A JAK POUŽÍVAT KONTEJNERY

- Pečlivě vyberte kontejner podle povolené výšky náplně (viz tabulka na straně 3). Vyhněte se tomu, aby v kontejneru zůstal příliš velký volný prostor. Obecně by měla náplň zabírat mezi 50% a 90% užitečné výšky, aby tak byla umožněna dostatečná cirkulace páry a aby se předešlo nadměrné přítomnosti vlhkého vzduchu na konci fáze sušení.

- Vyhněte se okamžitému umístění zpracovaných kontejnerů na velký studený povrch. V případě potřeby umístěte do regálů. Toto opatření snižuje kondenzační efekty.
- Pokud je to možné, nechte kontejnery vychladnout v autoklávu, případně lehce otevřete jeho výfuková dvířka. Tento postup zabraňuje vzniku kondenzace v důsledku tepelného skoku, ke kterému dochází během vyndávání.

### 3.5) SKLADOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ STERILITY

Kontejnery (stejně jako všechny druhy balení) skladujte na čistém a pokud možno prachotěsném místě, aby se snížilo riziko kontaminace.

Pokud jsou dodržována následující doporučení, může kontejner zachovávat sterilitu po dobu až 6 měsíců:

- Atmosféra skladovací místnosti je bezprašná;
- Skladovací prostor musí mít regulovanou teplotu, vlhkost a tlak;
- Povrchy skladovacího prostoru musí být hladké a snadno dezinfikovatelné;
- Poličky musí mít svou první spodní polici minimálně 30 cm nad úroveň podlahy
- Vzduchové kanály musí být pravidelně kontrolovány
- Je třeba pečlivě dodržovat všechny pokyny pro údržbu a čištění dodané výrobcí

### 3.6) PŘEPRAVA

Doporučujeme používat prachotěsné vozíky, aby se zabránilo riziku kontaminace.

### 3.7) OTEVŘENÍ

Před otevřením kontejneru se ujistěte pomocí kontroly jednorázového papírového štítku s chemickým indikátorem, že bylo provedeno zpracování kontejneru a pomocí kontroly celistvosti těsnění ověřte, že mikrobiální bariéra nebyla porušena.

## 4) ŽIVOTNOST

### 4.1) ŽIVOTNOST KONTEJNERU

Životnost kontejneru je lepší než 2 000 cyklů, pokud je kontejner používán správně a zůstává nepoškozený.



#### 4.2) ŽIVOTNOST TĚSNĚNÍ PRO KRYT

Těsnění krycího víka má životnost 2000 cyklů, i když se doporučuje vyměnit jej alespoň každých pět let nebo pokaždé, když si všimnete možného defektu.

Tato životnost je zaručena pouze za předpokladu, že kontejner je používán správně a že těsnění nebylo poškozeno.

#### 4.3) ŽIVOTNOST VENTILU

Životnost ventilu je lepší než 2 000 cyklů, pokud je kontejner správně používán a nemá žádné poškození svých základních částí, které může ohrozit jeho správnou funkci.

### 5) KONTROLY

#### 5.1) KONTROLY TĚSNĚNÍ KRYCÍHO VÍKA

Při každém použití kontejneru je třeba zkontrolovat následující položky:

- že v těsnění nejsou žádné trhliny
  - že těsnění je dostatečně ohebné a pružné
- Nepoužívejte kontejnery s poškozeným těsněním

#### 5.2) KONTROLA VENTILU

Před každým cyklem je lepší ověřit, zda ventil funguje. Aby to bylo možné zkontrolovat, je potřeba použít sondu a zatlačit ji proti vnitřní části ventilu a prostrčit ji vyhrazeným otvorem ve středu spodní části a ověřit, že se vnitřní část pohybuje.

Rovněž je nutné zkontrolovat, zda není vnější strana ventilu deformovaná a/nebo poškozená.

V případě, že se vnitřní část ventilu nepohybuje a/nebo je jeho vnější strana zdeformovaná, nedoporučuje se kontejner používat: pokračujte prosím s údržbou.

#### 5.3) KONTROLA UPEVNĚNÍ VENTILU

Před zahájením každého cyklu se doporučuje zkontrolovat, zda jsou všechny stavěcí šrouby pevné a matice nejsou uvolněné.

Nepoužívejte kontejnery bez šroubů a/nebo s uvolněnými maticemi.

#### 5.4) KONTROLA ZÁMKŮ

Pokaždé, když má být kontejner zpracován, měl/a byste zkontrolovat následující body:

- tlak vytvořený svorkou je dostatečný pro stlačení těsnění.
- uzavírací páky dostatečně odporují síle vznikající v otvírání.

V případě, že při zavírání neslyšíte dvojité „cvaknutí“, kontejner by se neměl používat. Pokud při pohybu páček vzniká tření, namažte horní stranu malým množstvím maziva pro nástroje.

### 6) ÚDRŽBA

#### 6.1) MAZÁNÍ UZAVÍRACÍCH PÁČEK

Pravidelně promazávejte uzavírací páčky stejným olejem, který je určen k mazání nástrojů. Tuto proceduru je třeba provést po mycím cyklu.

#### 6.2) ROZMONTOVÁNÍ VENTILU

V každém případě se doporučuje, aby údržbu a výměnu prováděli specializované osoby, které byly přednostně autorizovány společností C.B.M. S.r.l. ..

#### 6.3) VÝMĚNA TĚSNĚNÍ KRYTU

Těsnění krytu musí být nahrazeno pokaždé, když se poškodí, nebo kdykoli ztratí svou elastickou kvalitu.

Tato výměna má být provedena pouze společností C.B.M. a/nebo oprávněnými osobami.

#### 6.4) TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI

Pro kontrolu, že těsnění bylo správně vyměněno a pro kontrolu těsnosti kontejneru, proveďte následující jednoduchou zkoušku:

Na okraj kontejneru (ve středu a v rozích) umístěte pásy papíru a/nebo celofánu o šířce asi 3 cm.

Umístěte víko na nádobu a uzavřete ji, poté jemně vytáhněte pásy. Pokud je rezistence splněna, znamená to, že okraj kontejneru odpovídá víku správně a je zajištěna těsnost, zatímco pokud se snadno vysune, těsnění musí být nahrazeno.

**Je však vhodné, aby náhrada a "test těsnosti" byly provedeny kvalifikovaným a/nebo autorizovaným personálem společnosti C.B.M. S.r.l.**

Poznámka: Pro bezpečné utěsnění používejte pouze originální těsnění:

Výr.2000 004 pro nerezové kontejnery 600x300mm  
Výr.4000 004 pro nerezové kontejnery 450x300mm  
Výr.2004 004 pro nerezové kontejnery 300x300mm  
Výr.2000-006 pro hliníkové kontejnery 600x300mm  
Výr.4000-006 pro hliníkové kontejnery 450x300mm  
Výr.2004-006 pro hliníkové kontejnery 300x300mm



## 7) POSTUP ČIŠTĚNÍ.

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo dezinfekční prostředky obsahující organická rozpouštědla, oxidační činidla nebo sloučeniny sodíku.
- Pro čištění kontejneru používejte pouze produkty s neutrální hodnotou pH (pH7-8) a důkladně opláchněte demineralizovanou vodou, abyste odstranil/a veškeré zbytky mycího prostředku.
- Během používání nebo během mytí se vyhněte veškerému kontaktu s detergenty, dezinfekčními prostředky nebo jinými kapalinami obsahujícími chloridy nebo sodík, protože tyto látky ovlivňují nerezovou ocel a hliník. Okamžitě opláchněte, pokud dojde k jakémukoli kontaktu.
- Mytí a kontakt s alkalickými čisticími prostředky mohou hliníkové kontejnery poškodit, pokud se tomu nelze vyhnout, proveďte nejprve zkoušku kompatibility.
- Nepoužívejte abrazivní houby, které by mohly povrch nádoby poškodit.
- Těsnění lze vyčistit bavlnou namočenou v alkoholu.
- Na kontejnery nepoužívejte lepicí pásku.

## 8) ZÁRUKA

Společnost C.B.M. Poskytuje záruku na své kontejnery po dobu jednoho (1) roku proti jakýmkoli výrobním vadám nebo selhání jejich součástí podle posouzení C.B.M., které nejsou způsobeny chybným využitím ze strany provozovatelů.

Záruka se nevztahuje na předměty opotřebované a opravy nebo výměny prováděné osobami, které nejsou autorizovány společností C.B.M.

Společnost C.B.M. S.r.l. si vyhrazuje právo na aktualizaci svých vlastních výrobků bez předchozího varování.



**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky: Modernizace vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou – Sterilizační kontejnery**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V posledním sloupci tabulky dodavatel uvede odkaz (např. stranu v katalogu, v návodu k obsluze, ...), kde v nabídce zadavatel dohledá a ověří si požadovaný parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

***Dodavatel vyplní zvýrazněná pole***

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Sterilizační kontejnery</b>            |                              |
| <b>Výrobce</b>                            | C.B.M. S.r.l. Medical Equip. |
| <b>Typ / Model</b>                        | B2031/S                      |
| <b>Záruka v měsících (min. 24 měsíců)</b> | <b>24</b>                    |
| <b>Počet ks</b>                           | <b>4</b>                     |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus                | <b>16634,00</b>              |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů    | <b>66536,00</b>              |
| DPH v Kč celkem samostatně                | <b>13972,56</b>              |
| Cena v Kč včetně DPH celkem               | <b>80508,56</b>              |



| <b>Základní vlastnosti přístroje</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>číslo</b>                         | <b>specifikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ANO / NE<br/>Konkrétní<br/>specifikace /<br/>hodnota</b> | <b>Kde je uvedeno v technickém<br/>popisu (např. strana v katalogu,<br/>prospektu, příslušná část<br/>produktového listu apod.)</b>                                            |
| 1.1                                  | Sterilizační kontejnery na nástroje pro centrální sterilizaci, operační sály a související provozy včetně veškerého příslušenství, které je potřebné pro jejich bezproblémový provoz                                                                                                                | ANO                                                         | Popis výrobku<br><a href="https://www.medin.cz/media/cache/file/d4/CBM_en_cz_MEDIN.pdf">https://www.medin.cz/media/cache/file/d4/CBM_en_cz_MEDIN.pdf</a><br>Prohlášení o shodě |
| 1.2                                  | Splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru**                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                         | Uživatelská manuál str. 2, bod 1)                                                                                                                                              |
| 1.3                                  | Základní materiál vany a víka kontejneru je eloxovaný hliník určený výhradně pro parní sterilizaci vč. jeho dalších úprav                                                                                                                                                                           | ANO                                                         | Uživatelský manuál str. 2, bod 2.1                                                                                                                                             |
| 1.4                                  | Systém s opakovaně použitelnou bikrobiální bariérou (bez jakéhokoli spotřebního materiálu pro provoz kontejneru po celou dobu jeho životnosti – plomby, filtry nebo PTFE filtrační systém s integrovaným filtrem ve víku sterilizačního kontejneru, životnost filtru min. 5000 sterilizačních cyklů | ANO                                                         | Model kontejneru s chráněným ventilem<br>je mechanický filtrační systém, který nevyžaduje žádnou údržbu.<br>viz 10 Popis str. 2                                                |
| 1.5                                  | Kontejner vhodný pro mytí v mycím automatu s chemickou a termickou dezinfekcí min. 92° C a parní sterilizací 134° C                                                                                                                                                                                 | ANO                                                         | Uživatelský manuál str. 6, bod 7                                                                                                                                               |
| 1.6                                  | Snadná optická kontrola, která jednoznačně stanoví, že nebylo otevřeno víko kontejneru a filtrační systém je plně funkční, a tedy i bezpečný                                                                                                                                                        | ANO                                                         | Obrázky v popisu výrobku                                                                                                                                                       |
| 1.7                                  | Integrovaná držadla s dorazem, který zabrání překlopení madla a usnadní manipulaci s kontejnerem. Drátěná madla nejsou přípustná.                                                                                                                                                                   | ANO                                                         | Obrázky v popisu výrobku                                                                                                                                                       |
| 1.8                                  | Možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                         | Kontejner obsahuje 2x lišta pro standardizované štítky 17mm + 2x lišta pro standardizované štítky 40mm<br>Uživatelský manuál str. 3, bod 2.5                                   |
| 1.9                                  | Každý kontejner musí být opatřen katalogovými kódy kontejneru i jeho komponent včetně čísla výrobní šarže, pro snadnou identifikaci a případné dodatečné                                                                                                                                            | ANO                                                         | Dodavatel čestně prohlašuje, že zboží je označeno katalogovým číslem a 2D kódem, který obsahuje REF/LOT/pořadové číslo 1-4                                                     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | objednávky komponent. Současně musí být označen 2D kódem gravírovaným laserem, dle standardu GS1 UDI. Součástí každého kontejneru budou 2 štítky.                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                     |
| 1.10 | Velikost kontejneru musí odpovídat velikosti sít, které do nich budou vkládány - 1/1 (dxšxv):<br>Mycí koš bez víka: 500x250x119 mm<br>Mycí koš s víkem: 504x250x150 mm                                                                                                                                             | ANO | Vnější rozměr DIN 600x300x210mm<br>Vnitřní rozměr DIN 560x260x178mm<br>Manuál str. 2                                                                                |
| 1.11 | Kontejner složený pouze ze dvou částí – vany a víka. Nejsou přípustné přitlačené rámy filtrů ani krycí víka, která zbytečně obsazují mycí prostor v dezinfektorech, zvyšují celkovou hmotnost kontejneru a navyšují nezbytné množství úkonů obsluhujícího personálu, které jsou pro manipulaci s kontejnery nutné. | ANO | Obrázky v popisu výrobku                                                                                                                                            |
| 1.12 | Možnost barevného odlišení kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO | <div> <div> <div>Lids/víka</div> <div>Handle/rukojeť</div> </div> <div> <div>N</div> <div>B</div> <div>V</div> <div>R</div> <div>G</div> <div>S</div> </div> </div> |
| 1.13 | Možnost širokého příslušenství – třídící elementy, dekontaminační svorky, napínací rámy, identifikátory pro označení sít, dekontaminační kontejnery pro suchou i mokrou dekontaminaci, atd.                                                                                                                        | ANO | viz katalog<br><a href="https://www.medin.cz/media/cache/file/d4/CBM_en_cz_MEDIN.pdf">https://www.medin.cz/media/cache/file/d4/CBM_en_cz_MEDIN.pdf</a>              |

\* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

\*\* Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uzanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.

### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: třída I
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): bez nároku

### Kybernetická bezpečnost



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.

### PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

|                                          |                                                                                                                      |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Zástupce<br>prodávajícího:               |                                                                                                                      |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |
| Zástupci kupujícího:                     | 1. pracovník technického úseku:<br><br>2. pověřená osoba zdravotnického oddělení ( <i>primář/zástupce primáře</i> ): |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |
| Název zboží / výrobce<br>/ výrobní číslo | Počet<br>kusů                                                                                                        | Stav<br>obalů<br>zboží | Výsledek montáže,<br>instalace, uvedení<br>zboží do provozu | Výsledek<br>ukázky<br>funkčnosti zboží | Výsledek provedení<br>testů a zkoušek, ověření<br>deklarovaných<br>technických parametrů | školení zdravotnického<br>personálu a pracovníka<br>oddělení obslužných<br>klinických činností kupujícího,<br>včetně vystavení protokolu a<br>protokolu opravňujícího<br>provádět instruktáže (ANO /<br>NE) | Seznam<br>předávané<br>dokumentace | Zjištěné vady<br><br>ANO / NE |  |
|                                          |                                                                                                                      |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |
|                                          |                                                                                                                      |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |
|                                          |                                                                                                                      |                        |                                                             |                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                               |  |

|                                         |       |            |                                 |
|-----------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|
| Výsledek předání a převzetí zboží:      |       |            |                                 |
| Popis zjištěných vad při předání zboží: | Zboží | Popis vady | Dohodnuté datum odstranění vady |
|                                         |       |            |                                 |
|                                         |       |            |                                 |
|                                         |       |            |                                 |

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**zástupce prodávajícího**

(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_

**zástupce kupujícího 1.**

(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_

**zástupce kupujícího 2.**

(jméno, razítko a podpis)