

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – EKG a defibrilátory
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1: V rámci přílohy č. 03 ZD (Technická specifikace dodávky) je pro defibrilátory uveden požadavek na pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 250 J. Umožní zadavatel nabídnout klinicky naprosto ekvivalentní defibrilátor s energií pulzního bifázického výboje do 200 J?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na svých požadavcích a přístroj o energii 200 J nebude akceptovat.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 25. 2. 2015



RNDr. Žiža Kučerová Ph.D.
zástupce zadavatele