

Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci a pokynům ke zpracování nabídky

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.“	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 20 000 000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2023-041934		
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		
klasifikační kódy CPV	33100000-1 - zdravotnické přístroje 33127000-1 - imunoanalytické přístroje 33124103-5 - diagnostické doplňky	
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel., e-mail: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz ID Datové schránky: 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>	

Ve výše uvedeném zadávacím řízení byly podány následné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dodavatel předně uvádí, že není zcela zřejmé, na základě jakých skutečností a požadavků Zadavatel stanovil ve veřejné zakázce požadované metody a dodatkové metody. Dle Dodavateli dostupných informací současný rozsah veřejné zakázky zcela nereflektuje stávající potřeby Zadavatele. V této souvislosti Dodavatel např. uvádí, že do seznamu požadovaných metod **nebyly nezahrnuty dvě metody monitoringu lékových hladin (Gentamicin, Vancomycin), které ovšem prokazatelně používá.**

Může Zadavatel poskytnout konkrétní informace na základě jakých kritérií a jakého klíče byl stanoven rozsah poptávaných metod, alternativně zváží Zadavatel případnou úpravu požadovaných a dodatkových metod tak, aby byly přidány metody dvě metody monitoringu lékových hladin (Gentamicin, Vancomycin), které prokazatelně Zadavatel používá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel stanovil požadované metody na základě současných potřeb Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) a dodatkové parametry s ohledem na budoucí rozvoj vyšetřovacích metod a zkvalitnění služeb poskytovaných OLMI.

Monitoring lékových hladin (Gentamicin, Vancomycin) v současnosti spadá do metod nabízených OLMÍ. OLMÍ tuto službu pro nemocnici zajišťuje pouze v základní pracovní době ve všedních dnech. Detekce lékových hladin je potřeba zajistit v režimu 24/7. Proto bude OLMÍ, v rámci zkvalitnění služeb laboratorního komplementu, tuto diagnostiku převádět na jiné oddělení zadavatele, které pracuje v režimu 24/7 a disponuje technikou vhodnou pro zajištění těchto vyšetření i dalších léčiv.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky požaduje výkon min. 150 testů/h na uzavřeném automatizovaném analyzátoru, přičemž po změně zadávací dokumentace umožňuje dodání více analyzátorů.

Chápe Dodavatel správně, že účelem tohoto požadavku je, aby Zadavatel mohl provést nejméně 150 testů, v různých poměrech metod, za hodinu, tj. pokud tento požadavek splní dva nabídnuté analyzátory, bude tato potřeba naplněna?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V případě dodání dvou analyzátorů zadavatel požaduje kapacitu u komplexního/velkého analyzátoru minimálně 150t/hodinu a malého minimálně 120t/hodinu.

Toto vysvětlení bylo vydáno na základě vyjádření lékařských kapacit zadavatele. Věříme, že poskytnutá vysvětlení plně pokrývají problematiku zasláných dotazů. Jelikož se zadávací podmínky nemění a vysvětlením nedochází k rozšíření okruhu potenciačních zájemců, neupravuje zadavatel termín pro podání nabídek.

V Trutnově dne, 21. 12. 2023

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.,
předseda správní rady

za správnost administrátor

v. z. Ing. Petr Kozák, prokurista