

Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky

podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SE SKLÁDÁ ZE 4 ČÁSTÍ:

**ČÁST A/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ
DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O. – MONITORY
ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ“**

**ČÁST B/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ
DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O. – PŘÍSTROJE
PRO NEPŘÍMOU SRDEČNÍ MASÁŽ“**

**ČÁST C/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ
DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O. – PŘÍSTROJE PRO
UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI“**

**ČÁST D/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ
DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O. – ULTRAZVUKOVÝ
DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ“**

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Se sídlem Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové

IČ: 48145122

Zastoupený: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Nakládal, ekonomický náměstek

e-mail: nakladalvl@zskhkhk.cz

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky pro ČÁST A/	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) došlo k upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchrannářských vozů: monitory životních funkcí (22 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci. V Oznámení o zakázce/zadávací dokumentaci je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodávka transportních defibrilátorů/monitorů v počtu 22 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
Popis změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel níže uvedená rizika: - Veřejná zakázka nebude realizována, - Prodlení s dodávkou předmětu plnění veřejné zakázky, - Snížená nebo nevyhovující kvalita dodávky předmětu plnění veřejné zakázky, - Vynaložení dalších finančních nákladů. Výše popsaná rizika mají vliv na dosažení cílů projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, tj. na dosažení zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a na zajištění efektivní

	akceschopnosti výjezdů skupin ZZS KHK.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepřipouští varianty.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka má pro splnění výše stanovených cílů zásadní význam.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky pro ČÁST B/	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) došlo k upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchrannářských vozů: přístroje pro nepřímou srdeční masáž (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci. V Oznámení o zakázce/zadávací dokumentaci je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v počtu 16 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
Popis změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel níže uvedená rizika: a) Veřejná zakázka nebude realizována, b) Prodlení s dodávkou předmětu plnění veřejné zakázky, c) Snížená nebo nevyhovující kvalita dodávky předmětu plnění veřejné zakázky, d) Vynaložení dalších finančních nákladů. Výše popsaná rizika mají vliv na dosažení cílů projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, tj. na dosažení zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a na zajištění efektivní akceschopnosti výjezdů skupin ZZS KHK.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepřipouští varianty.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka má pro splnění výše stanovených cílů zásadní význam.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky pro ČÁST C/	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.

Popis předmětu veřejné zakázky.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) došlo k upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: přístroje pro umělou plicní ventilaci (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci. V Oznámení o zakázce/zadávací dokumentaci je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro umělou plicní ventilaci/transportních ventilátorů v počtu 16 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
Popis změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel níže uvedená rizika: a) Veřejná zakázka nebude realizována, b) Prodlení s dodávkou předmětu plnění veřejné zakázky, c) Snížená nebo nevyhovující kvalita dodávky předmětu plnění veřejné zakázky, d) Vynaložení dalších finančních nákladů. Výše popsaná rizika mají vliv na dosažení cílů projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, tj. na dosažení zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a na zajištění efektivní akceschopnosti výjezdů skupin ZZS KHK.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepřipouští varianty.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka má pro splnění výše stanovených cílů zásadní význam.

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.
--	--

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky pro ČÁST D/	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) došlo k upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchrannářských vozů: ultrazvukový diagnostický přístroj (1 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci. V Oznámení o zakázce/zadávací dokumentaci je uvedeno: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje v počtu 1 ks včetně příslušenství a nezbytných kabeláží dle požadavků zadavatele a Technické specifikace pro věcnou část ZD.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Oproti skutečnostem uvedených v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
Popis změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení (článek II.8, Oznámení předběžných informací) nejsou v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky žádné změny. V Oznámení předběžných informací je uvedeno: Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.	Při stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel níže uvedená rizika: a) Veřejná zakázka nebude realizována, b) Prodlení s dodávkou předmětu plnění veřejné zakázky, c) Snížená nebo nevyhovující kvalita dodávky předmětu plnění veřejné zakázky, d) Vynaložení dalších finančních nákladů. Výše popsaná rizika mají vliv na dosažení cílů projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, tj. na dosažení zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a na zajištění efektivní akceschopnosti výjezdů skupin ZZS KHK.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolení alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepřipouští varianty.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Veřejná zakázka má pro splnění výše stanovených cílů zásadní význam.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky pro ČÁST A/, B/, C/	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu dodávek, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu dodávek, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejných zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného	Zadavatel požaduje předložení dokladu o shodě požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Tento požadavek byl stanoven ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a rizikům

příslušným orgánem.	souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Zadavatel stanovením tohoto požadavku sleduje zejména zajištění dodávky kvalitních přístrojů schválených pro provoz v ČR v souladu s platnou legislativou a předpisy.
---------------------	---

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky pro ČÁST D/	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu dodávek, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejných zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Zadavatel požaduje předložení dokladu o shodě požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Tento požadavek byl stanoven ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Zadavatel stanovením tohoto požadavku sleduje zejména zajištění dodávky kvalitního přístroje schváleného pro provoz v ČR v souladu s platnou legislativou a předpisy.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 odst. 1 vyhlášky pro ČÁST A/, B/, C/, D/	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců.	Zadavatel požaduje záruční lhůtu na dodávané přístroje min. 36 měsíců. Ve vztahu k povaze předmětu plnění veřejné zakázky se jedná o standardní požadavek.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky dle § 4 odst. 2 vyhlášky pro ČÁST A/, B/, C/, D/	
Předmět koupě	Definice předmětu koupě je uvedena v článku I. kupní smlouvy. Požadavky na předmět koupě jsou stanoveny s ohledem na splnění podmínek platných právních předpisů, zajištění bezpečnosti posádky i přepravovaných osob a provozního komfortu ve standardní technické kvalitě. Zadavatelem stanovené technické podmínky představují standardní technické a uživatelské standardy.
Cena a platební podmínky	Cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. II kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Termín a místo dodávky	Termín a místo dodávky jsou uvedeny v čl. III kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Záruka a záruční podmínky	Záruka a záruční podmínky jsou uvedeny v čl. IV. kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Přechod vlastnického práva	Přechod vlastnického práva je uveden v čl. V. kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.


Smluvní pokuty	Smluvní pokuty jsou uvedeny v čl. VI. kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Rozhodné právo a volba soudu	Rozhodné právo a volba soudu je uvedena v článku VII. kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Závěrečná ustanovení	Závěrečná ustanovení jsou uvedena v čl. VIII. Kupní smlouvy. Standardní požadavky se zohledněním potřeb zadavatele, specifik a podmínek projektů spolufinancovaných z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky pro ČÁST A/, B/, C/, D/	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Obecné technické podmínky	Obecné technické podmínky jsou podrobně specifikovány v rámci přílohy „Technická specifikace pro věcnou část ZD“ (viz příloha č. 1 ZD). Zadavatel stanovil obecné technické podmínky s ohledem na splnění podmínek platných právních předpisů, zajištění bezpečnosti posádky i přepravovaných osob a provozního komfortu ve standardní technické kvalitě. Zadavatelem stanovené technické podmínky představují standardní technické a uživatelské standardy.
Zvláštní technické podmínky	Nerelevantní.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky pro ČÁST A/, B/, C/, D/	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 100%	Zadavatel stanovil pouze jediné hodnotící kritérium, a tím je nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%). Zadavatel stanovil toto kritérium s ohledem na snahu o zajištění předmětu plnění veřejné zakázky v požadované kvalitě za co nejnížší nabídkovou cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky pro část A/	
Hodnota	Odůvodnění
18 553 719,- Kč bez DPH	Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu dle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smluv na požadované dodávky za všechny části veřejné zakázky se zohledněním požadavků stanovených technickou specifikací předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě svých zkušeností a informací o zakázkách stejného nebo podobného předmětu plnění.
v tom:	
10 909 090,- Kč bez DPH (ČÁST A/)	Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na požadované dodávky za danou část veřejné zakázky se zohledněním požadavků stanovených technickou specifikací předmětu plnění dané části veřejné zakázky, a to na základě svých zkušeností a informací o zakázkách stejného nebo podobného předmětu plnění.
4 628 100,- Kč bez DPH (ČÁST B/)	Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na požadované dodávky za danou část veřejné zakázky se zohledněním požadavků stanovených technickou specifikací předmětu plnění dané části veřejné zakázky, a to na základě svých zkušeností a informací o zakázkách stejného nebo podobného předmětu plnění.
2 644 629,- Kč bez DPH (ČÁST C/)	Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na požadované dodávky za danou část veřejné zakázky se zohledněním požadavků stanovených technickou specifikací předmětu plnění dané části veřejné zakázky, a to na základě svých zkušeností a informací o zakázkách stejného nebo podobného předmětu plnění.
371 900,- Kč bez DPH (ČÁST D/)	Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dle předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na požadované dodávky za danou část veřejné zakázky se zohledněním požadavků stanovených technickou specifikací předmětu plnění dané části veřejné zakázky, a to na základě svých zkušeností a informací o zakázkách stejného nebo podobného předmětu plnění.

V Hradci Králové dne 9.3.2015


 MUDr. Jiří Mašek, ředitel
 za zadavatele

Zdravotnická záchranná služba
 Královéhradeckého kraje
 Hradecká 1690/2A
 500 12 Hradec Králové