

Technická specifikace

Název VZ:	Valivé rotační třepačky pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V351a	Valivá rotační třepačka (větší)	2

Rotační míchačka pro jemné promíchávání různých typů zkumavek a nádob

Deset synchronizovaných rotujících PVC válců

Současný otáčivý a kývavý pohyb, náklon alespoň +/- 5°

Odnímatelné válce

Průměry nádob: 8 až 200 mm

Kapacita minimálně: 26 ks 12x75 mm, 18 ks 16x100 mm, 18 ks 16x125 mm, 18 ks 15ml šroubovací víčko, 18 ks 50ml šroubovací víčko, 2 ks 850ml láhev

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V351b	Valivá rotační třepačka (menší)	2

Rotační míchačka pro jemné promíchávání různých typů zkumavek a nádob

Pět synchronizovaných rotujících PVC válců

Současný otáčivý a kývavý pohyb, náklon alespoň +/- 5°

Odnímatelné válce

Průměry nádob: 8 až 200 mm

Kapacita minimálně: 12 ks 12x75 mm, 8 ks 16x100 mm, 8 ks 16x125 mm, 8 ks 15ml šroubovací víčko, 8 ks 50ml šroubovací víčko, 1 ks 850ml láhev