

Odpověď na dotaz č. 1 zájemce a dodatečné informace zadavatele

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Hradecká 1690

500 12 Hradec Králové

IČ: 48145122

zastoupený: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

V Rychnově nad Kněžnou, dne 17.3.2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE NOVÝCH SANITNÍCH VOZŮ V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O.“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájené Oznámením o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 403510, reagujeme tímto na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Znění žádosti včetně odpovědí uvádíme níže.

V příloze č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VĚCNOU ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZZS KHK – NÁKUP NOVÝCH SANITNÍCH VOZŮ - 4.3 SANITNÍ VOZIDLA KATEGORIE C – MOBILNÍ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE v níže uvedených bodech uvádíte:

4.3.1 Specifikace (technické údaje)

P.6 – pohon stálý 4x4

Dotaz: Akceptuje zadavatel i technicky vyspělejší a u dnešních vozidel aktuálně používaný pohon řaditelný 4x4?

Odpověď: ANO

P.8 – převodovka – manuální 6-ti stupňová s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

Dotaz: Akceptuje zadavatel i technicky vyspělejší a u dnešních vozidel aktuálně používanou automatickou uzávěrku diferenciálu?

Odpověď: ANO

P.7 – nezávislé zavěšení všech kol

Dotaz: Může uchazeč použít i jiné alternativní řešení při zachování předpokládaného jízdního komfortu?

Odpověď: ANO

4.3.2 Vybavení

P.4 – úložný prostor na boční straně kontejnerové nástavby přístupný z vnějšku vozidla

Dotaz: Trvá zadavatel bezpodmínečně na úložném prostoru s přístupem z vnějšku vozidla?

Odpověď: NE – netrvá

4.3.6 Ambulantní prostor – 4.3-6.1 Základní požadavky

P.4 – střešní obousměrný ventilátor

Dotaz: Považuje se za splnění tohoto bodu i jiné alternativní řešení výměny vzduchu v sanitním vozidle, které plní požadavek normy ČSN 1789+A1?

Odpověď: ANO

P.8 – stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem pro ukotvení soupravy nosítek (ZZS KHK používá nosítka s podvozkem Stryker, FERNO a Mediol) možnost záměny při závadě na nosítkách

Dotaz: Může být ukotvení nosítek řešeno i jiným alternativním způsobem, který plní požadavky normy ČSN EN 1789+A1? Trvá zadavatel na stolu nosítek s nerezovým pojezdem nebo může být použito i jiné řešení, které plní požadavky normy ČSN EN 1789+A1 a případně i jiný nekorodující materiál?

Odpověď: ANO, řešení musí být v souladu s normou ČSN EN 1789+A1.

4.3.6 Ambulantní prostor – 4.3.6.2 Nábytek v ambulantním prostoru

P.3 podstropní skříňky (uzavřené roletovým systémem) na zdravotnický materiál

Dotaz: Bude zadavatelem akceptován i jiný než roletový praktický systém uzavírání podstropních skříněk?

Odpověď: ANO – bude akceptován i jiný systém.

4.3.7.1 Zdravotnické přístroje (dodání)

P.3 zařízení pro ohřev infuzí (minimální standard Emergency Warmer ESH 04)

Dotaz: Bude zadavatelem akceptováno i jiné zařízení pro ohřev infuzí jako např. termobox v podstropní skříňce?

Odpověď: Ano, bude akceptováno i jiné zařízení na ohřev infuzí za předpokladu splnění požadovaných technických parametrů.

Dodatečné informace zadavatele:

Zadavatel dále uvádí, že v kontextu obdržených dotazů uchazeče se rozhodl se k úpravě zadávacích podmínek v části 18 ZD – Způsob a místo pro podání nabídek, oddíl 18.1 Lhůta pro podání nabídek a oddíl 18.3 Otevírání obálek s nabídkami.

Původní znění ZD, oddíl 18.1 Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.3.2015 v 13:00 hodin.

Nové znění ZD, oddíl 18.1 Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.4.2015 v 13:00 hodin.

Původní znění ZD, oddíl 18.3 Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.3.2015 v 13:01 hodin, v zasedací místnosti osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01.

Nové znění ZD, oddíl 18.3 Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7.4.2015 v 13:01 hodin, v zasedací místnosti osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01.

 **DABONA**
s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
FAX: +420 494 322 044
Tel: +420 494 531 538
IČ: 64826996
Za osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.