

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Výpůjčka analyzátoru na IHC barvení včetně dodání reagentů a spotřebního materiálu“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: podlimitní, zjednodušené podlimitní řízení

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 07.02.2024 v 11:15 hodin, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci, v příloze č. 3 Technická specifikace (5. řádek Technických požadavků) Zadavatel vyžaduje, aby přístroj byl výkonnostně a kvalitativně vhodný pro provádění všech barvení uvedených v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace. V Příloze č. 7 jsou však uvedeny také metody pro speciální barvení, které nespádají do skupiny imunohistochemických barvení, pro kterou je tato veřejná zakázka vypsána. Vyžaduje Zadavatel, aby přístroj byl výkonnostně a kvalitativně vhodný pouze pro IMUNOHISTOCHEMICKÁ barvení uvedená v příloze č. 7 Zadávací dokumentace?


Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:


Ano, zadavatel požaduje, aby předmětný přístroj byl výkonnostně a kvalitativně vhodný pouze pro IMUNOHISTOCHEMICKÁ barvení uvedená v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 7.2.2024




RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.