

Technická specifikace

Název VZ:	Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V429	Křeslo aplikační	16

Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví pro podávání infúzí a odběru krve
Výškově nastavitelné elektromotorem
Nosnost min. 200 kg
Stavitelné odběrové područky
Opěrka nohou
Podhlavník
Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz
4 motory - záďová a sedací část, nožní část a nastavení výšky
Dálkové ruční ovládání
Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem
ABS kryt podvozku
Kolečka d _{min.} 100 mm (samostatně bržděná)
Záložní baterie
Koš na odkládání osobních věcí
Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infúzní tyče, možno použití na obou stranách křesla
Zdravotnická koženka
Bezešvé čalounění
Integrovaný držák na papírové role
Barevné řešení - přesný dekor bude vyvzkován před započítím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem