



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Valivé rotační třepačky pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Naše třepačky splňují všechny podmínky, až na jednu a to je úhel náklonu kde náš je 3 °. Tyto třepačky jsou běžně používány v mikrobiologických laboratořích se spokojeností.

Tento parametr jsem nenašel ani u třepaček známých značek.

Chtěl jsem se zeptat, zda je možné ucházet se o zakázku i s menším úhlem náklonu.

Odpověď č. 1: Pokud bude zajištěno dostatečné promíchání, tedy přelití většinového objemu krve ve zkumavce ze dna k víčku, postačuje náklon 3°.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: p01a - Třepačky - Technická specifikace_DI_01
p03 - Třepačky - Tabulka plnění požadavků_DI_01

V Hradci Králové 23.02.2024

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření