

## Technická specifikace

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název VZ: | <b>Valivé rotační třepačky pro Oblastní nemocnici Jičín</b>                   |
| Stavba:   | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii |

| Pol. č. | Ozn.  | Název položky                   | Množství [ks] |
|---------|-------|---------------------------------|---------------|
| 1       | V351a | Valivá rotační třepačka (větší) | 2             |

Rotační míchačka pro jemné promíchávání různých typů zkumavek a nádob

Deset synchronizovaných rotujících PVC válců

Současný otáčivý a kývavý pohyb, náklon alespoň +/- 5° **(akceptuje se i náklon 3° za předpokladu, pokud bude zajištěno dostatečné promíchání, tedy přelití většinového objemu krve ve zkumavce ze dna k víčku)**

Odnímatelné válce

Průměry nádob: 8 až 200 mm

Kapacita minimálně: 26 ks 12x75 mm, 18 ks 16x100 mm, 18 ks 16x125 mm, 18 ks 15ml šroubovací víčko, 18 ks 50ml šroubovací víčko, 2 ks 850ml láhev

| Pol. č. | Ozn.  | Název položky                   | Množství [ks] |
|---------|-------|---------------------------------|---------------|
| 2       | V351b | Valivá rotační třepačka (menší) | 2             |

Rotační míchačka pro jemné promíchávání různých typů zkumavek a nádob

Pět synchronizovaných rotujících PVC válců

Současný otáčivý a kývavý pohyb, náklon alespoň +/- 5° **(akceptuje se i náklon 3° za předpokladu, pokud bude zajištěno dostatečné promíchání, tedy přelití většinového objemu krve ve zkumavce ze dna k víčku)**

Odnímatelné válce

Průměry nádob: 8 až 200 mm

Kapacita minimálně: 12 ks 12x75 mm, 8 ks 16x100 mm, 8 ks 16x125 mm, 8 ks 15ml šroubovací víčko, 8 ks 50ml šroubovací víčko, 1 ks 850ml láhev