

Technická specifikace

Název VZ:	Váhy a výškoměry pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V139	Váha sedací do 250 kg - pojízdné křeslo	1

Pojízdné vážicí křeslo s pevným indikátorem vyhovující požadavkům nemocničních zařízení

Řiditelná kolečka - zadní s aretací

Sklopné opěrky

Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III

Základní funkce: vážení, tárování, nulování.

Konstrukce: ocelová, opatřena lakem v bílé barvě

Displej: LED min. 20 mm

Rozsah táry: 100 %

Napájení: 230V a vnitřní baterie, délka provozu na baterii min. 30 hod

Provedení sedáku a opěradla křesla: plast

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V218	Výškoměr	1

Rozsah výšky min. 35-210 cm

Přesnost ± 1 mm

LCD displej s podsvícením. **Jednotky:** cm

Výškové přesazení: min. ± 9 cm

Data Auto-lock: Maximum 10 sekund

Napájení: 230V

Externí rozhraní: Bluetooth nebo RS-232

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V219	Výškoměr nástěnný	1

Měřicí páska k přimontování na zeď

Vyrobena z odolného kovu

Rozsah: min. 0-215 cm

Dělení stupnice: max. 1 mm

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	V221	Váha osobní vč. výškoměru podlahová	6

Digitální váha s výškoměrem pro vážení dětí i obézních pacientů

Váha: Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III

Rozsah vážení: min. 250kg/100g

Velká, plochá platforma

Zobrazení BMI na displeji

Integrovaný výškoměr

Přenos dat na tiskárnu nebo PC

Funkce: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, SEND, funkce matka/dítě, funkce tlumení pohybu při vážení

Napájení: baterie a 230V

Výškoměr - rozsah měření: min. 60-200 cm/1 mm

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	V222	Váha s madlem	1

Váha s madlem s možností výpočtu BMI

Nosnost: 300 kg

Stanovené měřidlo s třídou přesnosti III

Funkce: BMI, TARA a HOLD, automatické nulování

Napájení: baterie a 230V

Datové rozhraní pro tiskárnu a připojení k PC