

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)****Veřejná zakázka: Laboratorní příslušenství pro Oblastní nemocnici Jičín****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel u položky č. 2 – Váhy laboratorní – požaduje ve třetím bodě snímač na principu vibračního článku. Toto kritérium je příliš specifické a omezuje konkurenci, neboť ho splní pouze jediný výrobce. Akceptoval by zadavatel zařízení, které je stejně přesné a spolehlivé, ale nezávislé na této konkrétní technologii?

Odpověď na dotaz č. 1:

Při zajištění odolnosti snímače proti elektrostatickému/elektromagnetickému rušení a změnám teploty je akceptován i jiný princip. Zadavatel proto upravuje znění tohoto parametru i v technických přílohách, které jsou přílohou této dodatečné informace.

Vzhledem k tomu, že v dokumentaci byly změněny technické přílohy, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 4.4.2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- 1a) Technická specifikace ve znění Dodatečné informace č. 2
- 3) Tabulka plnění minimálních požadavků ve znění Dodatečné informace č. 2

V Hradci Králové dne 28.2.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření