

Technická specifikace

Název VZ:	Transfuzní křesla (odběrová) pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V453	Křeslo transfuzní (odběrové) polohovatelné	7

Polohovatelné, počet polstrovaných segmentů: 3

Jednoduché a rychlé dosažení nouzové pozice trendelenburg

Samostatně polohovatelné části, zádová opěra a podpěra dolních končetin, nastavitelná personálem i sedícím dárce

Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou

Nosnost min. 200 kg

Snímatelné omyvatelné podpěry rukou stavitelné ve všech směrech

Podhlavník

Koš na odkládání osobních věcí dárce

Bezešvý potah matrace, koženka určená do zdravotnictví

Potah s antibakteriální ochranou se sníženou hořlavostí dle třídy M1

Barevné řešení bude vyvzorkováno před započítím realizace