

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Dialyzační křesla a dialyzační stolky pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 1_a: Technické specifikace u položky č. 1: křeslo dialyzační polohovatelné požaduje, aby křeslo vykazovalo patientské zatížení min. 235 kg.

1a): Umožní zadavatel patientské zatížení min. 200 kg, čímž by umožnil podání nabídky většímu počtu uchazečů?

1b): Chápeme správně, že patientským zatížením je myšlena nosnost dialyzačního křesla?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vzhledem ke spektru současných pacientů, jejichž hmotnost přesahuje 200 kg, na parametru patientské zatížení min. 235 kg trvá.

Ano, uchazeč chápe správně, že patientským zatížením je myšlena nosnost dialyzačního křesla.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze č. 1_a: Technické specifikace u položky č. 2: dialyzační stolek ke křeslu na jídlo a čtení – náklonný, pojízdný požaduje, aby stolek vykazoval nosnost min. 20 kg.

Umožní zadavatel nosnost stolku min. 15 kg, čímž by umožnil podání nabídky většímu počtu uchazečů?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel vzhledem ke své praxi, kdy stolek bývá v urgentním případě použit i k odložení jiných věcí, lékařských nástrojů a přístrojů (defibrilátoru, monitoru vitálních funkcí, odsávačky,) na minimální nosnosti 20 kg trvá.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 13.3.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření