

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)****Veřejná zakázka: Laboratorní příslušenství pro Oblastní nemocnici Jičín****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci, že jedním z příslušenství pro „Vodní lázeň“ má být „Koš pro uchycení Erlenmeyerových baněk (min. 2 ks o objemu 1000 ml)“ Námí nabízená vodní lázeň splňuje zadané specifikace ve všech ostatních bodech, ale koš pro uchycení Erlenmeyerových baněk nabízí výrobce jen v objemu do 500ml. Akceptoval by zadavatel změnu velikosti baněk, které lze do koše umístit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano. Změna na objem Erlenmeyerových baněk 500 ml je přípustná, tedy „Koš pro uchycení Erlenmeyerových baněk (min 2 ks o objemu 1 000 ml, příp. 500 ml)“.

Vzhledem k tomu, že v dokumentaci byly změněny technické přílohy, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek tak končí dne 23.4.2004 v 12:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- 1a) Technická specifikace ve znění Dodatečné informace č. 3
- 3) Tabulka plnění minimálních požadavků ve znění Dodatečné informace č. 3

V Hradci Králové dne 18.3.2024

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření