

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	„Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných mikrobiologických/serologických vyšetření část 1 “
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO 26001551, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na dotazy ze dne 27. 3.2024

Dotaz č.1:

Zadavatel uvedl v Příloze č. 2a_Část 1_technické specifikace Rozsah požadovaných metod pro Část 1. V seznamu metod jsou mimo jiné uvedeny i metody *Bordetella pertusis toxin IgG* a *Bordetella pertusis toxin IgM*. Může Zadavatel tyto metody odebrat z požadovaných metod a bude tedy akceptovat řešení, které tyto metody nemá v nabídce?

Odpověď k dotazu č. 1:

Spektrum požadovaných metod do jednotlivých částí veřejné zakázky bylo rozděleno s cílem zajistit maximální množství aktuálně klinickými pracovníky požadovaných vyšetření prostřednictvím plně automatizovaného softwarově řízeného systému pracujícího po pacientech, tím umožnit výrazné zkrácení doby odezvy jednotlivých vyšetření. Současně minimalizovat potřebu zpracování vzorku na více analytických systémech. Zadavatel trvá na spektru požadovaných metod pro jednotlivé části veřejné zakázky.

I k přihlédnutí k aktuální epidemiologické situaci je diagnostika pertusí pro laboratoř prioritním vyšetřením požadovaným klinickými pracovišti.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvedl v Příloze č. 2a_Část 1_technické specifikace Rozsah požadovaných metod pro Část 1. V seznamu metod je uvedena metoda *Hepatitis B – Anti-HBc IgG*. Bude Zadavatel akceptovat nabídku metody *Anti-HBc Total* (jedná se o stanovení IgM a IgG protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B) namísto požadované *Anti-HBc IgG*?

Odpověď k dotazu č. 2:

Hladina protilátek Anti-HBc v jednotlivých třídách IgG a IgM samostatně má obdobný klinický význam jako celkové stanovení protilátek Anti-HBc. Zadavatel bude akceptovat nabídku metody *Anti-HBc Total*.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvedl v Příloze č. 2a_Část 1_technické specifikace požadavky na „vzdálenou správu“ analytického systému – servisní podporu, kontrolu stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele a zároveň i ze spravující laboratoře. Bude Zadavatel akceptovat nabídku analytického systému, který tuto vzdálenou správu neumožňuje?

Odpověď k dotazu č. 3:

Vzdálený přístup k SW analyzátoru je významným usnadněním a časovou úsporou při řešení neočekávaných technických a aplikačních situacích, poruchách, konzultaci nepravděpodobných výsledků a to jak pro obsluhu, tak servis. Jedná se o standardní a běžně užívaný požadavek při dodávce automatických analytických systémů. Zadavatelem není stanoven způsob zajištění této vzdálené podpory. Jsou přípustné různé alternativy. Zadavatel trvá na uvedeném požadavku.

ZÁVĚR

Jelikož tímto vysvětlením zadavatel nezměnil zadávací podmínky takovým způsobem, jež by vedly k nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl se, že lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové