



Spolufinancováno
Evropskou unií



Nemocnice
Náchod

- Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 260 00 202
DIČ: CZ26000202
Zástupce žadatele: RNDr. Bc. Jan Mach, *předseda správní rady*
- Druh zakázky:** Veřejná zakázka na dodávku zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění
- Předmět zakázky:** Předmětem plnění jsou dodávky dle technických podmínek zadávací dokumentace pro realizaci projektu **Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání**
- Typ zadávacího řízení:** Nadlimitní otevřené řízení podle ust. § 56 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění

Písemná zpráva zadavatele

Cena sjednaná ve smlouvě:

- 1) Dekontaminační jednotka + zařízení na odstranění zápachu (ONT), 1 ks: celkem 7 330 000 Kč + DPH

Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační jednotku (ONT), 1x:

Servisní služba	Jednotka	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
BTK (pravidelná servisní prohlídka) v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné a čas technika na cestě	<i>Jedna servisní prohlídka</i>	5 100,-	1 071,-	6 171,-
Cena hodiny servisní práce za mimozáruční a pozáruční servis (sazba za 1 hodinu práce pracovníka)	<i>Jedna servisní hodina</i>	1 200,-	252,-	1 452,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět mimozáruční a pozáruční servis (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>1 km.</i>	15,-	3,15,-	18,15,-

- 2) Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN a Rychnov nad Kněžnou),
2 ks: celkem 14 660 000 Kč + DPH

Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační jednotku (ONN a Rychnov nad Kněžnou), 2x:

Lokalita Náchod

Servisní služba	Jednotka	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
BTK (pravidelná servisní prohlídka) <i>v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné a čas technika na cestě</i>	<i>Jedna servisní prohlídka</i>	5 100,-	1 071,-	6 171,-
Cena hodiny servisní práce za mimozáruční a pozáruční servis (sazba za 1 hodinu práce pracovníka)	<i>Jedna servisní hodina</i>	1 200,-	252,-	1 452,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět mimozáruční a pozáruční servis (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>1 km.</i>	15,-	3,15,-	18,15,-

Lokalita Rychnov nad Kněžnou

Servisní služba	Jednotka	Kč bez DPH	hodnota DPH v Kč	Celkem Kč vč. DPH
BTK (pravidelná servisní prohlídka) <i>v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné a čas technika na cestě</i>	<i>Jedna servisní prohlídka</i>	5 100,-	1 071,-	6 171,-
Cena hodiny servisní práce za mimozáruční a pozáruční servis (sazba za 1 hodinu práce pracovníka)	<i>Jedna servisní hodina</i>	1 200,-	252,-	1 452,-
Cena za dopravu do sídla objednatele a zpět mimozáruční a pozáruční servis (cena jedné dopravy od poskytovatele do sídla objednatele a zpět v případě požadovaného servisu nebo pozáruční opravy)	<i>1 km.</i>	15,-	3,15,-	18,15,-

Identifikační údaje vybraného dodavatele, popřípadě dodavatelů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně účastníka:

- Dispose s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 174 36 435

Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:

Dodavatel splnil podmínky zadávacího řízení a předložil přijatelnou nabídku.

Část veřejné zakázky plněná prostřednictvím poddodavatelů:

Nepředpokládá se plnění dodávek s využitím poddodavatelů.

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena:

Účastník	Cena (Kč) bez DPH
VERTISA CEVRE TEKNOLOJILERI INS. DAN. REK. ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI., Ostim OSB Mah. 1264 Cad. No:4 Yenimahalle / ANKARA / TURKEY, PSČ 06374, IČ: 9250420715	4 157 270 Kč (1. část) 8 219 620 Kč (2. část)
Dispose s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČ: 174 36 435	7 711 300 (1. část) 15 338 600 (2. část)
WasteDisposal s.r.o., Hradištská 702, 688 01 Uherský Brod, IČ: 171 91 475	7 731 300 (1. část) 15 378 600 (2. část)

Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Název dodavatele: VERTISA CEVRE TEKNOLOJILERI INS. DAN. REK. ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI., IČ: 9250420715 (Nabídka č. 1)

Sídlo dodavatele: Ostim OSB Mah. 1264 Cad. No:4 Yenimahalle / ANKARA / TURKEY, PSČ 06374

Důvodem vyloučení z první části i z druhé části VZ je nesplnění technické specifikace v následujících bodech (tyto body TS byly pro obě části VZ totožné):

Technické parametry žadatele	Nabídky dodavatele
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)	<u>Dodavatel</u> NE. V důsledku pantu na dveřích zařízení existuje hloubka 20 cm. Rozměry jsou 2,2 x 1,5 x 2,2 m (šířka x hloubka x výška). <u>Komise zadavatele</u> NE. Prospekt přiložený v nabídce uvádí na str. 87 nabídky rozměry 2,2 x 1,5 x 1,5 m, což také nesplňuje parametry technické specifikace. Dále prospekt uvádí schéma s rozměry na str. 82 nabídky (technický výkres) s rozměry hloubka autoklávu přes 2,5 m, hloubka drtiče 2587 mm, šířka drtiče 2500 mm a šířka autoklávu 1900 mm, výška drtiče cca 3 m bez výklopníku, s výklopníkem v pracovní poloze téměř 4 m. To je zcela mimo zadané technické parametry. Jako příslušenství zařízení je na str. 84 a 85 nabídky uváděn plynový parní kotel, u kterého není

Technické parametry žadatele	Nabídky dodavatele
	jasné, zda je součástí dodávky. Tento kotel není na rozměrovém schématu uveden a zjevně navyšuje přesahuje přesah stanovených maximálních rozměrů zařízení
<p>Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.</p>	<p><u>Dodavatel</u> NE. Zpracování v zařízení PROMED A 150 probíhá v jednom provozním cyklu, zahrnujícím jak rozemletí odpadu, tak následnou dekontaminaci (sterilizaci). Zařízení sice nefunguje výhradně pod atmosférickým tlakem, ale využívá řízené tlakové podmínky jako nedílnou součást svého sterilizačního procesu. Vzniká kondenzovaná voda, která se odvádí do kanalizace.</p> <p><u>Komise zadavatele</u> NE. Dekontaminace probíhá autoklávu pod tlakem, který je zajištěn dodávkou páry z parního kotle. Zařízení tedy je tlakové a produkuje odpadní vody v rozporu s požadavkem technické specifikace. Dle prospektu na str. 96 nabídky je zobrazen provoz jako dvoustupňový, v prvním stupni se v autoklávu odpad dekontaminuje, následně se v kontejnerech (které jsou zřejmě příslušenstvím zařízení) manuálně přemístí k drtiči a teprve v dalším kroku se odpad nadrtí. To je v rozporu s požadavkem na zpracování v jednom provozním cyklu, jedná se o dva na sebe navazující procesy. Široká interpretace „jednoho cyklu“ zpracování odpadu v nabídce, kdy odpad je ve skutečnosti v jedné části zařízení (autokláv) dekontaminován, poté manuálně přemístěn k drtiči a teprve poté rozdrčen neodpovídá požadavkům zadavatele, a tedy zařízení je také v tomto ohledu v rozporu s technickou specifikací.</p>
<p>Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.</p>	<p>NE. Výsledný odpad je částečně suchý (max. 30 % vlhkosti hmotnosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat; to bude uvedeno v doprovodné dokumentaci zařízení.</p>
<p>V provozu je zajištěna možnost odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).</p>	<p><u>Dodavatel</u> ANO. Aplikací vakuomového procesu a následným odstraněním molekul zápachu z odpadu.</p> <p><u>Komise zadavatele</u> NE. Řeší jen zápach z autoklávu. Drtič je otevřený (např. na obrázcích na str. 88 a 89 nabídky) do pracovního prostředí, takže lze očekávat únik zápachu a prachu do pracovního prostředí. Je zřejmé, že z otevřeného drtiče se bude zápach šířit do</p>

Technické parametry žadatele	Nabídky dodavatele
	pracovního prostředí, k čemuž není v nabídce navržena možnost odstranění zápachu, a tedy požadavek technické specifikace v tomto bodě není plně splněn a nabídka je tedy v rozporu s technickou specifikací
<p>Příslušenství: Zařízení pro omezení zápachu, funkce: omezení zápachu vystupujícího ze zařízení výduchem přes HEPA filtr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omezení zápachu na výstupu z výduchu požadováno tak, aby nebylo okolí zatěžováno zápachem, - zařízení pro omezení zápachu bude s dekontaminační jednotkou tvořit jeden funkční celek 	<p><u>Dodavatel</u> ANO. Specifikované zařízení na redukcii zápachu bude doručeno. Toto zařízení bude skládat z vakuové jednotky, která odstraní zápach ze sterilizátoru a provede jej filtrací přes HEPA filtr.</p> <p><u>Komise zadavatele</u> NE. Řeší jen zápach z autoklávu. Drtič je otevřený (např. na obrázcích na str. 88 a 89 nabídky) do pracovního prostředí, takže lze očekávat únik zápachu a prachu do pracovního prostředí, k čemuž není v nabídce uveden způsob zachycení a odstranění zápachu z drtiče přes HEPA filtr, a tedy požadavek technické specifikace v tomto bodě není plně splněn a nabídka je tedy v rozporu s technickou specifikací</p>

Dále nabídka dodavatele neobsahovala:

Doložení profesní kvalifikace v rozsahu

- aktuální *výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání v českém jazyce*

Doložení technické kvalifikace v rozsahu

- fotografie vzorků dekontaminovaných odpadů
- Posouzení technologie zařízení pro uvedení na český trh od Státního zdravotního ústavu (validace technologie v souladu s Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, Státní zdravotní ústav, 2016)

Tyto nedostatky nabídky bylo možno z části odstranit na základě vyžádání doplnění nabídky, avšak absence „Posouzení technologie zařízení...“ nebylo možné nijak vysvětlit z moci dodavatele a absence tohoto Posouzení pro technologii znamenala nesplnění technické kvalifikace.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

—

Důvod použití nadlimitního režimu, bylo-li použito:

Z důvodu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Důvod zrušení zadávacího řízení nebo zavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo:

—

Důvod použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

—

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

—

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci:

—

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci:

—

V Náchodě

Podpis: _____
RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady