

Odpověď na dotaz č. 1 zájemce

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Hradecká 1690

500 12 Hradec Králové

IČ: 48145122

zastoupený: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

V Rychnově nad Kněžnou, dne 1.4.2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O.“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájené Oznámením o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 403520, reagujeme tímto na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Znění žádosti včetně odpovědí uvádíme níže.

Dobrý den,

prosím o informaci k zadávací dokumentaci VŘ na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel ZZS

- *v technické specifikaci části C přístroje pro umělou plicní ventilaci požaduje zadavatel hmotnost přístroje maximálně 5,5kg*
- *Může zadavatel změnit tento požadavek na max 7,1kg, když ostatní požadavky na přístroj budou splněny?*

Odpověď: Zadavatel trvá na stanoveném parametru určujícím max. hmotnost pro přístroje pro umělou plicní ventilaci, tj. hmotnost přístroje max. 5,5 kg. Přístroj pro umělou plicní ventilaci se používá v terénu mimo vozidlo a jeho hmotnost je důležitým parametrem.

 **DABONA**
s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 64826996
DIČ: CZ64826996
FAX: +420 494 322 044
Tel.: +420 494 531 538
E-mail: dabona@dabona.eu
DM vz

Za osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.