



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka:** Defibrilátory pro Oblastní nemocnici Jičín

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje dobu nabíjení na energii 360 J max. 8 sekund.  
Námi nabízený defibrilátor tento parametr má nastavený na nabití na energii 360 J méně než 10 sekund.  
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat defibrilátor s touto hodnotou?

**Odpověď č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat, u položky č. 1, dobu nabíjení na energii 360 J max. 10 sekund.

**Dotaz č. 2:**

Zadavatel v technické specifikace V617 požaduje jedny multifunkční elektrody použitelné pro dospělé i děti.  
Námi nabízený defibrilátor je dodávaný s elektrodami zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti.  
Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku v případě dvou různých typů elektrod?

**Odpověď č. 2:**

Ne, zadavatel nebude akceptovat dodání dvou různých typů elektrod zvlášť, neboť považuje požadavek na jedny multifunkční elektrody pro dospělé i děti za splnitelný.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 25.04.2024 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové 19.04.2024

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření