

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

“Myčka podložních mís LDN Jaroměř“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 25.04.2024 v 07:41:43 hod, tj. ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení.

Úplné znění dotazu č. 1 účastníka ze dne 25.04.2024:

prosím zadavatel o objasnění, jakou teplotu má mít pára v zařízení během termické dezinfekce.

Odpověď č. 1 zadavatele ze dne 21.04.2024:

Minimální teplota dezinfekce musí být 90°C, jak je uvedeno v technické specifikaci. Pro vyvrácení nejasností zadavatel uvádí, že je nutné, aby proces dezinfekce proběhl v souladu s normou ISO EN 15883 1-3, přičemž musí být dodržena dezinfekce při teplotě 90°C po dobu 1 minuty (parametr Ao).

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 02.05.2024, do 10:00 hodin.

V Náchodě dne 26. 4. 2024

.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.

