

Technická specifikace

Název veřejné zakázky	Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK – část 3) Pohotovostní ventilátory pro RLP-RV – 2 ks
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

Pohotovostní ventilátory pro RLP-RV – 2 ks	
Výrobce	[doplň dodavatel]
Typ	[doplň dodavatel]
Cena za 1 ks v Kč bez DPH	[doplň dodavatel]
Záruka za jakost (min. 24 měsíců)	[doplň dodavatel]

- Malý transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro řízenou a asistovanou ventilaci
- Hmotnost přístroje maximálně 1,5 kg
- Malé rozměry umožňující umístění ventilátoru s potřebným příslušenstvím (např. ventilačního okruhu) včetně tlakové nádoby na kyslík o objemu 2 L do přepravních brašen používaných na ZZS KHK (tzv. oxybagů) s nejmenším rozměrem 23 cm (průměr brašny)
- Minimálně dva ventilační režimy odpovídající IPPV a jednoduché synchronizované ventilaci (SIMV)
- Možnost nastavení dechové frekvence v rozmezí 5 až 40 dechů za minutu
- Poměr inspirační a expirační fáze dechového cyklu v rozmezí 1:1,5 až 1:2
- Závislost provozu přístroje včetně alarmů pouze na zdroji stlačeného kyslíku a integrovaném zdroji elektrické energie ve formě bezúdržbové baterie bez nutnosti dobíjení, jejíž životnost požadována minimálně 2 roky (není přípustná závislost provozu ventilátoru na externím zdroji elektrické energie, ani na zdroji stlačeného vzduchu)
- Možnost nastavení inspirační koncentrace kyslíku minimálně na dvě hodnoty zahrnující 100 % kyslíku a 40 až 60 % kyslíku ve vdechované směsi
- Kompletní příslušenství nezbytné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití pro dospělé, tlaková hadice pro připojení přístroje ke zdroji O₂ v délce alespoň 50 cm, obličejová maska pro dospělé vel. č. 5, testovací sada apod.
- Alarmy (optické anebo zvukové) signalizující nízký přívodní tlak kyslíku, rozpojení okruhu ventilátoru a vysoký tlak v dýchacích cestách
- Provozní teplota ventilátoru v rozmezí minimálně –15 až +50 stupňů Celsia
- Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání
- Možnost snadné údržby a čištění přístroje
- Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně požadovaného příslušenství. Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelných nebo lepších parametrů. Nesplnění požadovaných technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.

Funkční vzorek:

V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může vznést hodnotící komise požadavek na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje požadované parametry. Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode dne výpůjčky. Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.

Doba dodání: 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy