

Odpověď na dotaz č. 2 zájemce

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.
Hradecká 1690
500 12 Hradec Králové
IČ: 48145122
zastoupený: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21.4.2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky **VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O.“** zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájené Oznámením o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 403520, reagujeme tímto na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Znění žádosti včetně odpovědi uvádíme níže.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce:

ČÁST C/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O. – PŘÍSTROJE PRO UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI“

Dotaz:

Zadavatel definuje minimální požadovaný standard poptávaného přístroje na základě zkušeností s doposud používaným typem. Tento přístroj má nad rámec specifikovaných parametrů i další vlastnosti, které jsou však pro daný účel transportního ventilátoru v extrémních podmínkách podstatné. Jedná se o:

- Odolnost přístroje vč. upevňovacího mechanismu vůči přetížení do 20G*
- Dokovací mechanismus pro upevnění přístroje integrovaného v nosném systému s automaticky aktivovaným dobíjením při zadokování*
- Automatická kompenzace ventilace vzhledem k teplotě a nasycení ventilační směsí*
- Automatická kompenzace teploty a okolního tlaku pro zachování nastavených ventilačních parametrů*

Ačkoliv nejsou výše uvedené parametry explicitně uvedené v zadávací dokumentaci, obecná definice předmětu VZ je však zahrnuje, protože se jedná o dost podstatné vlastnosti vzhledem k účelu použití. Uchazeč předpokládá, že nabízené přístroje musí splňovat minimální standard ve všech aspektech, jak je uvedeno v definici předmětu VZ. Je tento předpoklad správný a zadavatel požaduje i tyto parametry?

Odpověď:

Zdravotnický přístroj Oxylog 2000 plus je v zadávací dokumentaci uvedený jako referenční přístroj toho času používaný ZZS KHK. Požadavek na minimální standard se vztahuje pouze na v zadávací dokumentaci explicitně uvedené parametry. Výše uváděné vlastnosti přístroje jsou mimo rámec v zadávací dokumentaci definovaných parametrů. V otázce posouzení splnění požadovaných technických parametrů nabízeného přístroje k nim nebude přihlíženo.



DABONA
Sokolovská
516 01 R
FAX: +420 494 322 044

Za osbu pověřenou výkonem
zadávacích činností
DABONA s.r.o.