

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II, Terapeutický RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii II

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Část dokumentace Přílohy – Oblastní nemocnice Jičín a.s. – Terapeutický RTG pro ozařovny – Ortovovlážní RTG přístroj pro povrchové a polohloubkové ozařování.

Součástí technické specifikace je požadavek na variantu s vertikálním stativem, avšak v instalačních pracích a službách je odrážka: Zajištění statického posudku pro nosnost stropu v místě instalace stropního stativu... Žádáme o revizi požadavku tohoto bodu technické specifikace, jelikož je ve vztahu k zakázce irelevantní – stropní stativ není požadován.

V bodě 8.3. se mimo jiné říká: „Pokud uchazeč v tabulce uvede alespoň v jednom případě údaj NE, znamená to nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.“ Jelikož však na strop nebude provedena žádná instalace, jeví se požadavek na statický posudek nosnosti stropu jako zbytečný.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:


Zpracování statického posudku není předmětem této veřejné zakázky. V technické specifikaci předmětné veřejné zakázky není tento požadavek uveden.

Zadavatel dále uvádí, že položka technické specifikace: „Zajištění statického posudku pro nosnost stropu v místě instalace stropního stativu (strop ozařovny je zároveň podlahou, na níž je instalován CT systém)“ byla součástí předmětu předcházejícího zadávacího řízení s názvem: Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II, Terapeutický RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 21.4.2015


RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele

