

Odpověď na dotaz č. 3 zájemce

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Hradecká 1690

500 12 Hradec Králové

IČ: 48145122

zastoupený: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

V Rychnově nad Kněžnou, dne 23.4.2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: „TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O.“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájené Oznámením o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 403520, reagujeme tímto na žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Znění žádosti včetně odpovědí uvádíme níže.

ČÁST B/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ DO VOZIDEL V RÁMCI PROJEKTU: TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, P.O.“ – PŘÍSTROJE PRO NEPŘÍMOU SRDEČNÍ MASÁŽ

V souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vás jako dodavatel žádáme o níže definované dodatečné informace.

1. Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje pro splnění technických kvalifikačních předpokladů doložit seznam alespoň 2 (dvou) významných dodávek přístrojů pro nepřímou srdeční masáž realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž za významnou dodávku se pro účely této zadávací dokumentace rozumí dodávka min. 5 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. Takový požadavek považujeme za smysluplný u zakázek na obecné dodávky, kde zajistí výběr dodavatele, který má již potřebné zkušenosti v rámci nějaké běžné a obecné činnosti nebo produkce.

V případě této veřejné zakázky se však jedná o dodání vysoce specializovaného přístroje, který je v celosvětovém měřítku schopno vyrobit pouze omezený počet výrobců, přičemž většina z nich jej vyrábí až na základě konkrétního požadované konfigurace. Tento požadavek považujeme v uvedeném kontextu nejen za nesmyslný, ale dokonce za diskriminující, neboť znemožňuje vstup na trh novým dodavatelům, když všechny podobné přístroje se dodávají v ČR formou veřejných

zakázek a nový dodavatel tak prakticky nemá možnost v žádné veřejné zakázce takový technický kvalifikační předpoklad splnit.

Dotaz:

Postačí zadavateli prokázání technických kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení uchazeče o tom, že je způsobilý splnit celý předmět veřejné zakázky a že disponuje proškoleným technikem na nabízené zařízení, které je vybaveno certifikátem o shodě a certifikátem CE?

Odpověď:

Zadavatel trvá na v zadávací dokumentaci (viz čl. 11.5, Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona, Technické kvalifikační předpoklady pro část B/) stanoveném způsobu prokázání technických kvalifikačních předpokladů, tj. pro část B/:

Kvalifikace dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona: předložení seznamu alespoň 2 (dvou) významných dodávek přístrojů pro nepřímou srdeční masáž realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž za významnou dodávku se pro účely této zadávací dokumentace rozumí dodávka min. 5 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž ve formě čestného prohlášení a dále osvědčení pro alespoň 2 (dvě) uváděné významné dodávky vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodu spočívajícího na její straně.

Kvalifikace dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona: předložení dokladu o shodě požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

2. *Zadavatel v zadávacích podmínkách – příloha č. 1: Technická specifikace pro věcnou část zadávací dokumentace – 1.2 Část B – přístroje pro nepřímou srdeční masáž mimo jiné požaduje „Možnost použití přístroje při transportu pacienta v sanitním voze i vrtulníku“. Takový požadavek považujeme za smysluplný v případě veřejných zakázek na dodání přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v rámci vybavení vrtulníku ZZS.*

V případě této veřejné zakázky s předmětem plnění „Přístroj pro nepřímou srdeční masáž vhodný pro sanitní vozidla RLP...určený pro umístění do sanitních vozidel RLP...považujeme tento požadavek nejen za nesmyslný, ale dokonce za diskriminující, neboť znemožňuje podání nabídky více uchazečů díky tomu, že tento parametr splňuje pouze jeden výrobce s přístrojem LUCAS 2 a ani tento nemá dokončené kompletní testy na provoz přístrojů pro nepřímou masáž srdce ve vrtulnících.

Námi nabízené přístroje Lifeline ARM od americké společnosti Defibtech, LLC určené pro nepřímou srdeční masáž splňují nejpřísnější normu o vibracích „MIL-STD-810F 514.6 Category 20 (Ground)“, která schvaluje použití přístrojů v zařízeních s vysokými vibracemi a otřesech.

Dotaz:

Je možné nabídnout zadavateli přístroj Lifeline ARM od předního amerického výrobce firmy Defibtech, který splňuje nej přísnější normu o vibracích „MIL-STD-810F 514.6 Category 20 (Ground)“?

Odpověď:

Zadavatelem stanovené a požadované parametry pro přístroj pro nepřímou srdeční masáž jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 Technická specifikace pro věcnou část ZD). Dodavatel (zájemce) musí nabídnout takový přístroj, který splní v zadávací dokumentaci stanovené parametry. Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu uchazeče není bez další znalosti technických parametrů nabízeného přístroje Lifeline ARM schopen posoudit, zda tento přístroj vyhovuje všem, v rámci zadávací dokumentace stanoveným požadavkům. Požadavek na předložení certifikátu o použití přístroje v zařízeních s vysokými vibracemi a otřesech zadavatel v podmínkách neuvádí.

3. Zadavatel v zadávacích podmínkách – příloha č. 1 Technická specifikace pro věcnou část zadávací dokumentace – 1.2 Část B – přístroje pro nepřímou srdeční masáž mimo jiné požaduje „Variabilita zdrojů energie – napájení z dobíjecí výměnné baterie i ze sítě 230V a 12V včetně kompletního příslušenství k provozu.“

Tento požadavek považujeme za diskriminující, neboť znemožňuje podání nabídky více uchazečů díky tomu, že tento parametr splňuje pouze jeden výrobce s přístrojem LUCAS 2.

Námi nabízené přístroje Lifeline ARM od americké společnosti Defibtech, LLC určené pro nepřímou srdeční masáž mají možnost napájení z dobíjecí baterie nebo ze sítě 230V.

Dotaz:

Jelikož bývají standardně všechny sanitní vozidla vybaveny i vnitřním rozvodem 230 V přes měnič (12V na 230 V) je možné nabídnout zadavateli přístroj Lifeline ARM od předního amerického výrobce firmy Defibtech, který umožňuje napájení z dobíjecí baterie nebo ze sítě 230 V, nebo musí být součástí dodávky ke každému přístroji pro nepřímou srdeční masáž vždy i samostatný měnič z 12 V na 230V.

Odpověď:

Měnič 12V na 230V není standardně ve vybavení vozů ZZS KHK, proto zadavatel trvá na možnost napájení během transportu i ze zdroje energie 12V. Přístroj musí být vybaven příslušným zařízením, které toto umožní.


DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 64826996
TEL: +420 494 531 538
FAX: +420 494 322 044
E-mail: verejnezakazky@dabona.eu
Za osobu pověřenou výkonem
zadávacích činností

DABONA s.r.o.

