

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín II

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Eva Šebová, MPA, tel.: +420 722 960 558, e-mail: esebova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona, v souladu se směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 3, týkající se plnění minimálních požadavků uvádí požadavek „Bezešvé čalounění“. Uchazeč má ve své nabídce švy na hranách matrace (viz obr. č.1). Čalounění křesel je certifikováno jako anti-bakteriální.

Připustí zadavatel nabídku uchazeče s výše uvedenými švy na hranách matrace?



Obr. č.1. – švy na hranách matrace

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel připouští toto řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze č. 3, týkající se plnění minimálních požadavků uvádí požadavek „Koš na odkládání osobních věcí“. Uchazeč nabízí ve svém portfoliu křesla s připevněným, otočným stolem, který může zastoupit požadovanou funkci.

Bude akceptovat zadavatel toto variantní řešení s připevněným, otočným stolem (viz obr. č. 2)?



Obr. č.2 – připojený stůl

Odpověď na dotaz č. 2:

Ne, zadavatel trvá na znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Na str. 4 ZD, bod 4.4. Další požadavky zadavatele požadujete doložení atestů k materiálu. Vzhledem k tomu, že naše křeslo se skládá z mnoha materiálů, potřebujeme od Vás upřesnit, k jakému konkrétně materiálu chcete atest doložit.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje pouze atesty ke zdravotnické kožence.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 06. 2024 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. p01a - Aplikační_křesla - Technická specifikace _DI_01
2. p03 - Aplikační_křesla - Tab plnění požadavků _DI_01

V Hradci Králové dne 22. 05. 2024

Ing. Eva Šebová, MPA
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření