

Technická specifikace

Název VZ:	Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V429	Křeslo aplikační	16
		Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví pro podávání infúzí a odběru krve	
		Zdravotnický prostředek tř. I (pravidlo 13 podle přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745)	
		Výškově nastavitelné elektromotorem	
		Nosnost min. 200 kg	
		Stavitelné odběrové područky	
		Opěrka nohou	
		Podhlavník	
		Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz	
		4 motory - zádová a sedací část, nožní část a nastavení výšky	
		Dálkové ruční ovládání	
		Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem	
		Kryt podvozku, nebo provedení ochrany motorů min IPX6	
		Kolečka d _{min.} 100 mm (samostatně bržděná)	
		Záložní baterie	
		Koš na odkládání osobních věcí	
		Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infúzní tyče, možno použití na obou stranách křesla	
		Zdravotnická koženka	
		Bezešvé čalounění (akceptuje se i řešení se švy na hranách matrace, avšak toto čalounění musí být certifikováno jako anti-bakteriální)	
		Integrovaný držák na papírové role	
		Barevné řešení - přesný dekor bude vyvzorkován před započítím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem	