

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	„Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění požadovaných mikrobiologických/serologických vyšetření část 2_II
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO 26001551, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na dotazy ze dne 28. 6. 2024

Dotaz:

K požadavku č. 51: *"Stáří analytického systému - zadavatel s ohledem délku smluvního závazku, technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP; přípustné je dodání analytického systémů s rokem výroby 2023 a mladší".* Dotaz zní, zda je možné dodat zařízení s rokem výroby 2021?

Odpověď k dotazu č. 1:

V případě, že dodavatel může dát identickou **záruku**, že zařízení s rokem výroby 2021 má stejnou kvalitu, výkon a splňuje všechny funkční atributy jako nové zařízení, je tato alternativa zadavatelem akceptovatelná. Zadavatel upozorňuje, že bude důsledně vyžadovat dodržování smluvních servisních podmínek (nástup na opravu, dobu opravy, event. záložní přístroj srovnatelných parametrů)

ZÁVĚR

Jelikož tímto vysvětlením zadavatel nezměnil zadávací podmínky takovým způsobem, jež by vedly k nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek, rozhodl se, že lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové