

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou II- část 2 : Rehabilitační lehátko mechanické
Ev. č. VVZ	Z2024-027756
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 8.7.2024.

Dotaz č.1

Parametr - 1.1 Hydraulicky nastavitelná výška lehátka v min. rozsahu 50-88 cm.

Může uchazeč zadavateli nabídnout vyšetřovací lehátko s hydraulickým nastavení výšky v rozmezí 52 - 89cm?

Odpověď na dotaz č. 1

Ne, zadavatel i nadále trvá na vyšetřovacím lehátku s hydraulickým nastavením výšky v min. rozsahu 50-88 cm. Pro úplnost zadavatel uvádí, že momentálně disponuje na svých pracovištích s lehátkem, kde výška ložné plochy je 46-91 cm. Pro pracoviště následné rehabilitační péče je velmi důležitá spodní výška, neboť na tomto pracovišti se rehabilitují spíše starší pacienti, velice často jsou pacienti nižšího či malého vzrůstu. Na těchto lehátkách pacienti cvičí aktivně nebo s motorovou dlahou po totální endoprotéze kyčelního či kolenního kloubu a po osteosyntézách dolních končetin. Tito pacienti chodí o berličích a jejich přesun na lehátko je často velmi komplikovaný právě pro jejich nižší vzrůst, kdy se těžko dostávají na lehátko s vyšším zdvihem. V tomto případě lze konstatovat, že i 2 cm hrají velmi důležitou roli. Zadavatel si také ověřil, že na současném trhu existuje více dodavatelů, kteří disponují i s nižší spodní výškou lehátka, než je 52 cm.

Dotaz č.2

Parametr - 1.10 Hmotnost lehátka do 70 Kg.

Může uchazeč zadavateli nabídnout vyšetřovací lehátko s hmotností 78 kg?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat vyšetřovací lehátko s hmotností do max. 78 kg.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **14.8.2024 v 10:00 hod.**

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření