

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – endoskopické vybavení pro gastroenterologii“	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.600.000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Krybllice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2024-032595		
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		
klasifikační kódy CPV	331 00 000-1 - zdravotnické přístroje 331 68 100-6 - endoskopy	
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel., e-mail: +420 731 020 021, blazek@ingenering.cz ID Datové schránky: 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>	

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1

Zadavatel požaduje videogastroskop s vnějším průměrem distálního konce tubusu max. 9,2 mm. Námí nabízený přístroj má průměr 9,3 mm. Domníváme se, že z principu medicínského účelu zdravotnického prostředku tento zanedbatelný rozdíl nemá vliv na použití. Bude zadavatel akceptovat námí nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1

Zadavatel akceptuje požadavky uchazeče a upravuje zadávací podmínky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2

Zadavatel požaduje technologii snímacího čipu CCD nebo CMOS. Zároveň zadavatel specifikoval celý endoskopický systém, resp. jednotlivé technologické prvky a vlastnosti systému, na nejvyšší možné technologické úrovni, tzv high-end. Proto považujeme možnost nabídnout endoskopy se CCD čipem za zavádějící a v rozporu s ostatními požadavky, neboť tím umožní zadavatel nákup výrazně nižší, technologicky zastaralé produktové řady. Technologie CCD čipů je v současnosti nahrazována CMOS čipy v aktuálně uváděných příp. nejmodernějších produktových řadách předních světově významných výrobců endoskopické techniky,

pro lepší obrazové vlastnosti a širší aplikační spektrum. To z hlediska uvažované ochrany-životnosti investice (servisního zajištění a celkového životního cyklu produktu na trhu), kterou zadavatel jako řádný hospodář vždy zvažuje, tak i z hlediska možnosti využití nejmodernějších zobrazovacích metod, které CCD čipy neumožňují...

Bude zadavatel trvat na svém požadavku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2

Zadavatel akceptuje požadavky uchazeče a upravuje zadávací podmínky.

Jelikož je úpravou zadávacích podmínek rozšířen okruh možných účastníků, upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek následně:

15. Místo a doba pro podání nabídek

Ustanovení

~~Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 13. 8. 2024 do 9:00 hodin.~~

v plném rozsahu zrušuje a nahrazuje jej ustanovením

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 26. 8. 2024 do 9:00 hodin.

Jiná ustanovení zadávacích podmínek se nemění.

V Trutnově dne, 25. 7. 2024

.....
Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek

Přílohy vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace:

5_ON TU_endoskopy_techické požadavky zadavatele_úprava _1