

# Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV – část 5: Magnetoterapeutický přístroj</b>
<b>Zadavatel:</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Způsob zadání:</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na dotaz od účastníka ze dne 1.8.2024.**

DOTAZ:

1.17 Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem, polohovatelným po celé délce lehátka." Chápeme správně, že zadavatel požaduje automatický - robotizovaný pohyb solenoidu v celé délce lehátka? Tak aby bylo možné ošetřovat bezobslužně vícero lokalit pacienta (např. u pacientů s artrózou kotníků i koleno...,nebo např. aplikovat celotělově pro léčbu osteoporózy..) a aby nebylo nutné měnit polohu pacienta a obsluha nemusela měnit pozici solenoidu? Předem děkujeme za potvrzení.

**ODPOVĚĎ:**

Zadaným parametrem „Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem, polohovatelným po celé délce lehátka.“ není vyžadován automatický - robotizovaný pohyb solenoidu.

Pro splnění parametru je dostačující, aby bylo možné solenoid manuálně posunovat po celé délce lehátka.

---

S ohledem na charakter změn zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové