

Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – endoskopické vybavení pro gastroenterologii“	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.600.000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Krybllice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správn. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2024-032595		
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		
klasifikační kódy CPV	331 00 000-1 - zdravotnické přístroje 331 68 100-6 - endoskopy	
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel., e-mail: +420 731 020 021, blazek@ingering.cz ID Datové schránky: 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>	

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz se týká přílohy č. 5 a konkrétně bodu „Podpora HL7 ORM zpráv po dokončení vyšetření pro změnu stavu žádosti na dokončeno“ v části „Požadavky na SW a komunikaci s PACSem zadavatele“, a zní následovně: „Bude zadavatel považovat za splnění tohoto požadavku formu plné podpory MPPS v rámci standardu DICOM komunikace? Jedná se o plnohodnotnou náhradu splňující požadovaný medicínský účel.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel považuje plnou podporu MPPS v rámci standardu DICOM komunikace za splnění tohoto požadavku.

Ustanovení zadávacích podmínek se nemění.

V Trutnově dne, 13. 8. 2024

.....
Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek