

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Multifunkční křesla
Ev. č. VVZ	Z2024-034890
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 15. 8. 2024.

Dotaz č. 1

prosím o upřesnění technické specifikace a to bod 1.16.

Dotaz: Zadavatel požaduje odklopné područky, pro snadný přesun, nebo sklopné postranice jako u transportních lehátek?


Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje výškově nastavitelné odklopné područky (loketní opěrky) pro bezpečné a pohodlné usedání do křesla nebo naopak při vstávání z křesla. Zadavatel na základě tohoto vysvětlení reviduje znění požadavku v bodě č. 1.16. Technické podmínky (Příloha č. 2 ZD). Revidované znění je přílohou tohoto vysvětlení č. 2.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny. Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí 23. 10. 2024 v 10:00 hod.

V Náchodě 20.8.2024


RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky: Multifunkční křesla

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Křeslo určené pro krátkodobé i dlouhodobé poskytování zdravotní péče na urgentním příjmu			
Výrobce			
Typ / Model			
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)			
Počet ks		4	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus			
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů			
DPH v Kč celkem samostatně			
Cena v Kč včetně DPH celkem			
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
1.1	stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla		
1.2	antibakteriální bezešvé polstrování		
1.3	nosnost křesla min. 200 kg		

Příloha č. 2_zadávací dokumentace_Technické podmínky

Rozměry ložné plochy			
1.4	délka min. 2100 mm		
1.5	šířka min. 590 mm		
Celkové vnější rozměry			
1.6	délka max. 2200 mm 2278 mm		
1.7	šířka max. 910 mm		
Další požadavky			
1.8	polohování zádového dílu		
1.9	polohování nožního dílu		
1.10	zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55—90 cm 59 – 97 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál		
1.11	polohování zádového dílu min. 70°		
1.12	polohování nožního dílu min. 30°		
1.13	plně elektricky polohovatelná ložná plocha – náklon ložné plochy, zádový a pánevní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů		
1.14	mechanické, snadno dostupné CPR		
1.15	integrováná opěra nohou elektricky nastavitelná personálem i pacientem		
1.16	integrováné postranice odklápěcí, výškově nastavitelné odklopné područky (loketní opěrky) umožňující bezproblémový pohyb pacienta na a z křesla		
1.17	funkce Trendelenburg min. 12° nastavitelná pomocí jednoho tlačítka		
1.18	ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko) a přednaprogramovanými polohami (min. Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha)		
1.19	pojezdová kola o velikosti min. 150 mm, s centrální brzdou pouze za hlavou		
1.20	5. kolečko pro lepší manévrování		
1.21	transportní madlo u hlavy		
1.22	integrováná matrace tloušťky min. 10 cm		
1.23	svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel vč. jeho uchycení		

Příslušenství			
1.24	oboustranně integrovaný držák na infuzní stojany		
1.25	infuzní stojany		
1.26	polštářek plochý		
1.27	prostor pro odkládání osobních věcí pacienta (např. plastový box)		
1.28	DIN lišta		
1.29	držák role papíru		
1.30	záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti		

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- třída ZP – uveďte „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP (I, IIa, IIb, III, IVD):
- instruktáž – ANO/NE:
- požadované opakované činnosti (uveďte „NE“ nebo požadovanou periodu):
 - ✓ validace
 - ✓ kalibrace
 - ✓ elektrická revize
 - ✓ tlaková revize plyn. nádoby
 - ✓ kontrola nařízena výrobcem