

Technická specifikace

Název VZ:	Odběrová křesla pro Oblastní nemocnici Jičín III
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V500	Křeslo odběrové	4

Zdravotnický prostředek tř. I (pravidlo 13 podle přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745)

Nastavitelná výška - výškový rozsah alespoň od 55 do 70 cm

Polohovatelné (možnost rychlého sklopení vzad a zdvihnutí nohou)

Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou lakovanou úpravou

Na základně s otáčením o 360°, vhodné pro časté vstávání (cca každé 2 minuty)

Nosnost pacienta min. 200 kg

Rychlé dosažení nouzové pozice

Područky stavitelné, na zádové části integrovaná madla

Integrovaná lampička

Potah s antibakteriální ochranou, snadno čistitelný

Barva dle požadavku uživatele