

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám

Zakázka: “Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů”

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ze strany zadavatele k doplnění předmětu díla, žádáme zadavatele o zvážení možnosti zvýšení maximálně možné ceny díla. Dalším důvodem je fakt, že po doplnění předmětu díla je hodnota zakázky zpracovaná v cenové úrovni ÚRS 01/2015 vyšší než maximální možná cena díla – cca 21,5 mil. Kč bez DPH, což může být pro uchazeče důvodem pro neodevzdání cenové nabídky.

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Zadavatel stanovuje, že na základě doplnění předmětu díla (MaR a UT) navyšuje maximální a nepřekročitelnou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na částku **17 727 731,- Kč.**

Dotaz č. 2:

Pokud vyplníme slepý výkaz výměr, který byl předložen zadavatelem, běžnými ceníkovými cenami, překračuje celková cena stavby cca o 30 % předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Jak zadavatel hodnotu 16 522 718,31 Kč bez DPH určoval?

Trvá zadavatel veřejné zakázky na podmínce maximální a nepřekročitelné předpokládané celkové ceny díla?

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Zadavatel vycházel z ceny v místě a čase obvyklé, kterou stanovil na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby. Zadavatel touto dodatečnou informací č. 7 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky navyšuje na částku 17 727 731,- Kč. Zadavatel veřejné zakázky trvá na podmínce maximální a nepřekročitelné předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

Operační světlo

V přiloženém nákresu je uvedeno” možné umístění kamery “. Bude kamera požadována nebo je dostačující příprava pro kamerový systém?

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

Je požadována pouze příprava pro montáž kamery, kamera není předmětem dodávky a montáže stavby.

Dotaz č. 4:

V přiloženém nákresu kamera umístěna do středu sterilizovatelné rukojeti světla. Je možné umístění kamery přímo pod osvitovým sklem?

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Jediné možné umístění kamery je ve středu rukověti světla. Jiné umístění není možné.

Dotaz č. 5:

V popisu operačního světla je uvedeno, že svítidlo vyžaduje připojení zálohovaného zdroje nepřetržitého přívodu 230V AC (UPS). Bude záložní zdroj (UPS) součástí dodávky operačního svítidla nebo bude operační svítidlo připojeno na záložní zdroj nemocnice?

Dodatečná informace na dotaz č. 5:

Svítidlo je napojeno na centrální zálohované rozvody nemocnice. UPS není předměte dodávky.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr jsou definovány počty kusů dekontaminačních kontejnerů (10 ks); performované koše (10 ks) a 3 kusy převozových skříní (vozíků). Může zadavatel blíže upřesnit rozměry těchto tří druhů komodit, nebo alespoň specifikovat min. a max. velikostní hranici? Z přiložených katalogových listů není toto zřejmé.

Dodatečná informace na dotaz č. 6:

Z dotazu není jasné, o kterou část se jedná (ZT1 nebo Z2). Předpokládám, že se jedná o ZT2 - 2015-03-10-onn-os-E-13-ZT2-VV-V2.xls. Katalogové listy on těchto výrobků jsou k nalezení v adresáři CD 2015-04-10 - ZMĚNA Z2\2015-04-10-ONN-E-DOKUMENTACE\PDF\Z.DOPLNĚNÍ ONN, jedná se o soubory Z.DOPLNĚNÍ ONN-Dekontaminační kontejnery.pdf , Z.DOPLNĚNÍ ONN-síťka.pdf a Z.DOPLNĚNÍ ONN-vozíky.pdf.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. 6. 2015 v 9:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Otevírání obálek

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 8. 6. 2015 v 9:00 hod na adrese: Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo místnosti 4a-P1.412 (Františka Kupky).

V Hradci Králové 26. 5. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření