

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Instrumentárium</b>
<b>Zadavatel</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Způsob zadání</b>	veřejné zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná dle směrnice č. 48 – Postup při zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 18. 11. 2024.**

### Dotazy:

rádi bychom podali žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce *Instrumentárium*, a to s ohledem na skutečnost, že byly uvedeny limity pro háky, pro další nástroje limity uvedeny nebyly. Žádáme tedy o upřesnění, zda zadavatel bude akceptovat následující parametry.:

U části zakázky Nástroje volné:

- U některých instrumentů není požadavek na tvrdokov, nicméně naše společnost nabídne variantu v tvrdokovu –jedná se o lepší variantu, než je požadováno
- Pol. č. 41. požadovaný produkt raspat. Williger 5mm 160mm - nabízený produkt má míry 160mm délka, zda bude akceptována šířka v pracovní části +/- 1mm (4mm nebo 6 mm)
- Pol. č.42. je požadován držák skalpelových čepelek v délce 123mm, zda bude zadavatel akceptovat délku 125mm
- Pol. č. 59 Adson rozvěrač – zadavatel požaduje 165mm délku, zda bude akceptovat 160mm délku
- Pol. č. 62 Kleště štípací Smith-Peterson 5 mm, 240 mm – žádáme o upřesnění, zda zadavatel bude akceptovat případně kleště Roentgen-Ruskin s odpovídajícími rozměry. A nebo, zda by zadavatel případně akceptoval kleště Smith-Peterson s šířkou v pracovní části +/- 1mm tedy 6 mm, nebo 4 mm.



- Pol. č. 67. Svorka art. Peán 175 mm zda bude akceptována délka 180mm

U části Nástroje do síta ruky:

- Pol. č. 4. je požadován držák sklapeľových čepelk v délce 123mm, zda bude zadavatel akceptovat délku 125mm

#### **Odpověď na dotazy**

Zadavatel stanovil požadavky na technické parametry kompletního Instrumentária v Příloze č. 2\_ Nabídková cena+Tabulka plnění minimálních požadavků. Tato příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí této přílohy je záložka „Pokyny – nástroje“ ve které jsou, mimo jiné, uvedeny Pokyny k vyplnění. Zadavatel by rád objasnil tyto pokyny, neboť z nich jednoznačně vyplývají odpovědi na výše uvedené dotazy.

Účelem pokynů k vyplnění je stanovit míru tolerance rozměru k jednotlivému instrumentáriu, u kterého zadavatel stanovil jeho rozměr. Prvotně zadavatel uvádí, že **v případě háků na rány je první rozměr pracovní částí hloubkou a druhý rozměr šířkou** – tento popis se vztahuje pouze na háky na rány. Dále tato věta pokračuje **tolerance pracovní částí nástrojů je  $\pm 1$  mm, tolerance délky nástroje je  $\pm 5$  mm** – tento popis míry tolerance se vztahuje na veškeré Instrumentárium, které je zadavatelem požadováno a je uvedeno v Příloze č. 2, záložka „Nástroje“. Zadavatel tedy nesouhlasí s tvrzením účastníka, že pro další nástroje limity uvedeny nebyly.

#### **Na základě výše popsaného zadavatel k dotazům uvádí:**

U části zakázky Nástroje volné:

- U některých instrumentů není požadavek na tvrdokov, nicméně naše společnost nabídne variantu v tvrdokovu –jedná se o lepší variantu, než je požadováno

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nemá nic proti nabízené variantě v tvrdokovu a bude tuto variantu akceptovat.

- Pol. č. 41. požadovaný produkt raspat. Williger 5mm 160mm - nabízený produkt má míry 160mm délka, zda bude akceptována šířka v pracovní části +/- 1mm (4mm nebo 6 mm)

#### **Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že šířka v pracovní části +/- 1mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

- Pol. č.42. je požadován držák skalpelových čepelk v délce 123mm, zda bude zadavatel akceptovat délku 125mm

#### **Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že délka 125 mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

- Pol. č. 59 Adson rozvěrač – zadavatel požaduje 165mm délku, zda bude akceptovat 160mm délku

#### **Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že délka 160 mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

- Pol. č. 62 Kleště štípací Smith-Peterson 5 mm, 240 mm – Žádáme o upřesnění, zda zadavatel bude akceptovat případně kleště Roentgen-Ruskin s odpovídajícími rozměry. A nebo, zda by zadavatel případně akceptoval kleště Smith-Peterson s šířkou v pracovní části +/- 1mm tedy 6 mm, nebo 4 mm.

**Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že šířka v pracovní části +/- 1mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

- Pol. č. 67. Svorka art. Peán 175 mm zda bude akceptována délka 180mm

**Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že délka 180 mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

U části Nástroje do síta ruky:

- Pol. č. .4. je požadován držák sklapelových čepelí v délce 123mm, zda bude zadavatel akceptovat délku 125mm

**Odpověď zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením je zřejmé, že délka 125 mm je v mezích zadavatelem stanovené tolerance.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

**Lhůta pro podání nabídek**

**S ohledem na charakter odpovědi, kdy se jednalo o objasnění zadavatelem stanovených technických parametrů, se stávající lhůta pro podání nabídek prodlužovat.**

V Náchodě

Ing. Lukáš Hartwich  
prokurista