

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Rámcová smlouva k provedení analýzy acidobazické rovnováhy s výpůjčkou analyzátorů“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 12.12.2024 v 16:54:17, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dotaz k vysvětlení zadávací dokumentace č.1

V návaznosti na odpověď zadavatele ze dne 6.12.2024, kdy zadavatel z jím uvedených důvodů trvá na frekvenci 3 QC/ den, se dotazujeme, zda zadavatel navýší maximální cenu za jedno vyšetření ze 71,60 Kč bez DPH na 93,52 Kč bez DPH, která odpovídá požadované frekvenci měření 3 QC/den.

Cena 71,60 Kč bez DPH odpovídá požadavku měření 1 QC/den, tak, jak je obvyklou praxí. V případě, že se zadavatel hodlá řídit striktním výkladem Doporučení ČSKB ČLS JEP o vnitřní kontrole, požadovanou maximální cenu za jedno vyšetření 71,60 Kč bez DPH nemůže dodavatel splnit.

Dotaz: Zvýší zadavatel maximální cenu za jedno vyšetření ze 71,60 Kč bez DPH na 93,52 Kč bez DPH?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Na základě výše uvedeného dotazu účastníka zadavatel ustupuje od požadavku na frekvenci provádění kontrolních měření z 3x denně na 1x denně na různých hladinách kontrolních materiálů. V kontextu uvedeného reviduje znění požadavku na kontroly v příloze č. 3 Technické podmínky v řádku 34 takto:

„Pro kontrolu kvality musí být dodáván certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách (min 3). Frekvence provádění kontrolních měření dle specifikace výrobce, nejméně však 1x denně na různých hladinách kontrolních materiálů. V případě nevyhovujících výsledků na všech hladinách 1x denně. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.“

Zadavatel konstatuje, že na základě výše uvedené změny v požadavku na frekvenci kontrolních hladin, že je navýšení ceny nerelevantní.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:


S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku, a dále o plus jeden den z důvodu pozdního vypořádání tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena: 20.01.2024 do 11:00 hodin.

Přílohou tohoto vysvětlení č. 2 je revidovaná příloha č. 3 ZD.

V Náchodě dne 13.12.2024




RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.