

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – LŮŽKA

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 04–21–32		Paré:
Datum: 30.01.2022		
Část: D.1.1 I	Stupeň: DPS	Změna: 01
Č.výkr.: 03	Formát: 2 x A4	Měřítko: –

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ "LŮŽKA"

--

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA MOBILIÁŘE INTERIÉRU

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

N01

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Lůžko s laterálním náklonem do boční strany
 Rozměry ložné plochy: (matrace 200 x 90 cm)(+/-2cm)
 Vnější rozměry: max. 219 x 99,5(+/-2cm)
 Nosnost lůžka: min. 250 kg
 Dekor lůžka světlý: dle výběru organizace, dekor všech kovových částí stříbrná RAL 9006

LOŽNÁ PLOCHA:

POČET: 4 dílná ložná plocha
OBJEKT A: Zádový díl: maximální úhel nastavení 70° minimální délka zádového dílu 80 cm
 6 ks Dvojitá autoregrese (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm/ vzdálenost stehenního dílu) minimálně 3 cm
 Trendelemburk / Antitrendelemburk 14°
OBJEKT B: Plastové segmenty po celé ploše ložné plochy, plocha se musí dát jednoduše rozebrat bez použití nářadí
 12 ks Prodloužení lůžka libovolně o 20 až 30 cm, prodloužení lýtkového dílu minimálně o 20 cm
 Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
 Minimální zdvih: 44 cm – střední automatická poloha 56 cm – maximální nastavení výšky ložné plochy 94 cm nad podlahou
 (bez matrace) tolerance +/- 2 cm

POSTRANICE:

2 hliníkové, dělené postranice na každé straně 100 x 100 cm, minimální výška postranic od ložné plochy 43 cm
 Postranice minimálně se 4 stupni výškového zdvihu, teleskopický systém, bez vyklápění, bez středového sloupku

ČELA LŮŽKA:

pevná s hliníkovým nebo kovovým madlem
 možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení nebo varianta vyjímané výplně
 čela s horním madlem, opatřeno pojistkou
 Čelo u nohou: opatřeno výsuvnou poličkou (pro sesterský ovladač, nebo na umístění koše pro ložní prádlo)
 Panely čela: z HPL materiálu v libovolném dekoru, v kombinaci s hliníkem nebo kovem se 4 horizontálními rohovými
 nárazovými kolečky

PODVOZEK:

kolečka s centrální brzdou, průměr 150 mm
 Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu
 Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm
 Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejvyšší, bezpečnou polohu. Indikace změny barvy podsvícení

OVLADAČ LŮŽKA:

Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka.)
 Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě.
 Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku
 Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR

DALŠÍ PARAMETRY:

Laterální náklon: maximálně 15°
 Maximální úhel zádového dílu: 70°
 Rukojeť s hrazdou, s minimální nosností: 75 kg
 Zálohová baterie s ukazatelem kapacity stavu
 Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části)
 Výklopné mobilizační madlo na každé straně lůžka, podporující samostatnost klienta při vstávání
 2 x USB port, integrovaný na každé straně lůžka, ideálně v prostřední části, na dosah uživatele (pro nabíjení telefonu, tabletu a do budoucna i jiných podobných zařízení)
 Rukojeť s hrazdou.
 Dekor dle výběru organizace, VYVZORKOVAT S DOSTATEČNÝM ČASOVÝM ODSTUP, VIZ OBR DEKORU.
 Záruční doba min. 24 měsíců.

N01

PASIVNÍ MATRACE

Základní parametry:

Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm
Nosnost min. 150 kg

JÁDRO

Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům

Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna

Horní vrstva matrace z antimikrobiální studené pěny 5 cm o hustotě min. 50 kg/m³

Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³

Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³

Výška okrajové zóny min. 10 cm

Materiál se sníženou hořlavostí – vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě

Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace

POTAH

Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C

Paropropustný podle ASTM 96–66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C

Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji

Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m²

4 směrně roztažený potah pro snížení střížných sil

Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky

Značení štítkem v souladu s požadavky EU–MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód)

Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci

ROZMĚR

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek.

Výška matrace max. 16 cm min.14cm

DEKOR ČEL



PŘÍKLAD CELÉ SESTAVY VÝROBKU

