

Technické požadavky zadavatele na předmět zakázky		
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.		
V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.		
Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.		
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného dezinfektoru pro flexibilní endoskopy se dvěma samostatně pracujícími komorami		
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele.		
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku uchazečem ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

Základní požadavky

<u>Technické parametry - funkce</u>		
2x mycí a dezinfekční komora asynchronní		
Termochemická dezinfekce endoskopu		
Způsob dezinfekce – peroxid vodíku H ₂ O ₂ pro vysoký stupeň čištění a dezinfekce – plná sporicida (stavebně neoddělena vyšetřovna od mycí linky)		
Nerezové provedení		
Automatické dávkování chemikálií		
Čelní plnění		
Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu		
Samostatné dávkování chemikálií pro každý započatý dezinfekční cyklus (nová dávka chemie pro každý proces)		
Doba mycího a dezinfekčního cyklu: peroxid vodíku H ₂ O ₂ max. 30 minut při dodržení všech vstupních podmínek		
Ovládání pomocí dotykového displeje		
Uživatelské menu kompletně v českém jazyce		
Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů		
Termo-tiskárna pro tisk dokumentace procesu a validace použití		
Čtečka čárových kódů		

Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – dezinfektor flexibilních endoskopů" a zároveň př. č. 1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem

Štítky pro identifikaci endoskopů a obsluhujícího personálu		
Přenos dat o mycích cyklech pomocí integrovaného USB vstupu		
Kontrola připojení konektorů k flexibilnímu endoskopu		
Automatická kontrola těsnosti endoskopu po celou dobu procesu		
Automatická kontrola průchodnosti všech kanálů endoskopu		
Zobrazení zbývající doby chodu cyklu na displeji dezinfektoru		
Základní úprava vody (třístupňová předfiltrace a vnitřní antibakteriální filtr)		
Musí splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. pro dvoustupňovou dezinfekci a zároveň normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4		
Rozměry myčky: šířka max. 75 cm, hloubka max. 69 cm, výška max. 165 cm (omezeno prostorem)		
Elektrické připojení 230V, 50 Hz		
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5-6 bar. V případě nutnosti redukční ventil součástí dodávky.		
Zajištění ohřevu vstupní vody bez nutnosti montáže např. bojleru		
Příslušenství		
Konektory k používaným endoskopům (videoendoskopy řady Olympus řady 165, 180, 185,,190, Pentax EC38, G29, i20c)		
Základní sada chemie peroxid vodíku		

Ostatní požadavky

doprava zdravotnického prostředku na místo plnění v kupní ceně		
instalace, montáž, uvedení do provozu, odvoz a likvidace obalového materiálu v kupní ceně		
provedení potřebných testů, měření a kontroly předmětu dodávky, včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti (např. prvotní záznam o odborné údržbě, elektorevize, výchozí BTK, kalibrace, validace v souladu s platným zněním zákonů o zdravotnických prostředcích, metrologii či atomového zákona - pokud se na předmět dodávky vztahuje), provedení funkční zkoušky dodaného vybavení		
zaškolení obsluhy, vystavení protokolu o zaškolení		
záruční doba 24 měsíců		
BTK, revize či validace po dobu záruky zdarma		
kompletní servis v záruční době zdarma		
prohlášení o shodě, certifikáty, atesty		
autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení		
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 375/2022 Sb.		
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení		
návod v ČJ, tištěné i v el. podobě		
zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu životnosti předmětu dodávky		
Dodání požadavků na stavební připravenost ze strany dodavatele		

Příloha č. 5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – dezinfektor flexibilních endoskopů" a zároveň př. č.
1 Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem
