

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – dodávka lůžek a nočních stolků
Ev. č. VVZ:	Z2025-002096
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Parametr - odnímatelná síť

Může uchazeč zadavateli nabídnout ložnou plochu z pevných neodnímatelných kovových lamel? Kovové lamely se vyznačují vyšší pevností, stálostí a hlavně dobrou čistitelností (podstatně lepší, snadnější a rychlejší než rošt lůžka ze sítě).

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na původním zadání a požaduje odnímatelnou síť.

Dotaz č. 2

Parametr – ruční ovladač s magnetickým zámkem

Může uchazeč zadavateli nabídnout ruční patientský ovladač s mechanickým zámkem funkcí?

Nabízíme zadavateli jiné technické řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka.

Odpověď na dotaz č. 2

Na ručním ovladači s magnetickým zámkem zadavatel netrvá. Požadavek – ovladače musí mít pojistku nechtěného zmáčknutí, tzn. zámek klávesnice.

Dotaz č. 3

Parametr – rozměr ložné plochy 200x86cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout ložnou plochu o rozměru 200x90cm?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upřesňuje, že 200x86 cm je **minimální** rozměr ložné plochy.

Dotaz č. 4

Parametr - Zadavatel požaduje postranice dělitelné, 2 polohy – nahoru, dolů.

Zadavatel požaduje postranice vyztužené hliníkovou konstrukcí pro zvýšení pevnosti a bezpečnosti při manipulaci, teleskopický systém bez vyklápění.

Může uchazeč zadavateli nabídnout postranice:

Velice pevné a odolné průběžné spustitelné postranice z hliníku s pokrytím celé délky ložné plochy s pojistkou proti nechtěnému spuštění z důvodu ochrany pacienta a s možností nastavení do čtyř různých pozic?

Řešení postranic – průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních lištách, možnost spuštění ze středu lůžka bez nutnosti odjišťování v jednotlivých rozích.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel u postranic trvá na stávajícím zadání. Parametry navrhované v dotazu nebude akceptovat.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 3. 2025 ve 14:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření